



MOTYLKOWE SZPITALE

DLA DZIECI

# WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W NOWEJ SOLI



FAIR PLAY

☎ CENTRALA (068) 38-82-100  
☎ DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359  
☎ GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA (068)38-82-358  
☎ Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345  
☎ GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351  
☎ DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
☎ TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111 FAX 38 71 281

ADRES:  
ul. Chałubińskiego 7  
67-100 Nowa Sól

REGON 97074733

NIP 925-17-23-350  
Nowa Sól dnia 18.02.2019r.

Znak sprawy: DZP-280-6/2019

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Sukcesywne dostawy opakowań sterylizacyjnych, testów chemicznych i biologicznych do kontroli sterylizacji, szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni, Bloku Operacyjnego i Laboratorium Bakteriologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli**”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).) w związku z wpływieniem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odp. Tak. (Zał. nr 4, pkt 1.)**

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych.**

3. Dotyczy pakiet II poz. 10 Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękaw papierowo-foliowy o wymiarze 75mm x 30mm x 100mm

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) rękaw jak w pytaniu.**

4. Dotyczy pakiet II poz. 19 Czy zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie torebki papierowo-foliowej o wymiarze 320mm x 500mm lub 420mm x 600mm

**Odp. Nie. Torebki opisane w pytaniu nie odpowiadają potrzebom Zamawiającego.**

5. Dotyczy pakiet II poz. 20 Czy zamawiający dopuszcza zgodę na zaferowanie torebki papierowo-foliowej z fałdą o wymiarze 100mm x 40mm x 370mm

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) torebkę jak w pytaniu.**

6. Dotyczy pakiet II poz.21 Czy zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie rękaw polyolefin-folia, polyolefin o gramaturze 93g/m<sup>2</sup>, płaski o wymiarze 210mm x 70m

**Odp. Nie. Oferowany rękaw całkowicie nie odpowiada potrzebom Zamawiającego.**

7. Dotyczy pakiet II poz.22 Czy zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie rękaw polyolefin-folia, polyolefin o gramaturze 93g/m<sup>2</sup>, płaski o wymiarze 420mm x 70m

**Odp. Nie. Oferowany rękaw całkowicie nie odpowiada potrzebom Zamawiającego.**

8. Dotyczy pakiet II poz. 19 Czy zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie torebki papierowo-foliowej o wymiarze 320mm x 500mm lub 420mm x 600mm

**Odp. Nie. Torebki opisane w pytaniu nie odpowiadają potrzebom Zamawiającego.**

9. Dotyczy pakiet II poz. 20 Czy zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie torebki papierowo-foliowej z fałdą o wymiarze 100mm x 40mm x 370mm

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) torebkę jak w pytaniu.**

10. Pakiet II wymagania: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia posiadanych norm przez niezależną jednostkę notyfikowaną z uwagi na to, iż stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis art. 30. ust. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który w swej części zobowiązuje Zamawiającego między innymi do opisywania przedmiotu Zamówienia z zachowaniem Polskich Norm. Takie postępowanie Zamawiającego uniemożliwia większości uczestników złożenia ofert nawet do kilkudziesięciu procent niższych.

**Odp. Zgodnie z rozdz. XIV pkt 11.3, poświadczenie zgodności z aktualnie obowiązującymi normami ISO 11607-1 oraz 868-5 mogą być wystawione przez niezależny instytut notyfikowany np. ISEGA / producenta / inne upoważnione jednostki.**

11. Pakiet II poz. 17-20. Czy Zamawiający dopuści torebki o gramaturze papieru 60 gm<sup>2</sup>? Reszta zgodnie z SIWZ.

**Odp. Nie. Torebki opisane w pytaniu nie odpowiadają potrzebom Zamawiającego.**

12. Pakiet II poz. 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torebek papierowo-foliowych płaskich w rozmiarze 320x 500 mm?

**Odp. Nie. Torebki opisane w pytaniu nie odpowiadają potrzebom Zamawiającego.**

13. Pakiet II poz. 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek papierowo-foliowych płaskich w rozmiarze 420 x 600 mm?

**Odp. Nie. Torebki opisane w pytaniu nie odpowiadają potrzebom Zamawiającego.**

14. Pakiet II poz. 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek papierowo-foliowych z fałdą w rozmiarze 100 x 40 x 370 mm, pakowana 900 szt./opakowanie?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) torebkę jak w pytaniu.**

15. Pakiet II poz. 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa włókninowo-foliowego, płaskiego w rozmiarze 210/100mb? Reszta zgodnie z SIWZ.

**Odp. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) rękaw jak w pytaniu.**

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna zapisana w § 6 ust. 3 pkt 1) naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy i wynosiła 10 % tej wartości?

**Odp. Nie.**

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” w § 6 ust. 2 i 3 pkt 1)?

**Odp. Nie.**

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 7 ust. 3 lit. a) słowa „dwukrotnie” słowem „trzykrotnie”?

**Odp. Nie.**

19. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odp. Tak, zgodnie z par. 8 pkt g projektu umowy.**

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca DYREKTORA  
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych  
Wielospecjalistycznego Szpitala  
SP ZOZ w Nowej Boli

Justyna Koszał

Klubka  
ps