



MOTYLKOWE SZPITALE
DLA DZIECI

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W NOWEJ SOLI



FAIR PLAY

☎ CENTRALA (068) 38-82-100
☎ DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359
☎ GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA (068)38-82-358
☎ Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345
☎ GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351
☎ DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
☎ TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111 FAX 38 71 281

ADRES:
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

REGON 97074733

NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 20.03.2019r.

Znak sprawy: DZP-280-1/5/2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa tomografu komputerowego ze stacjami lekarskimi opisowymi, pełną integracją ze szpitalnym systemem RIS/PACS wraz z dostosowaniem pomieszczeń i przeszkoleniem personelu na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami źródłowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń. Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SIWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł swobodnie dysponować.
Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz kodów serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w

przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe.

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy tomograf w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających[1], w której czytamy, że „przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiającego nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”.

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów źródłowych oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia).

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z tomografem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów źródłowych i dostępu serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej tomografu, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te znajdują oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie.

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych[2]. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostęпами serwisowymi można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce.

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego. Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby

właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami źródłowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń zgodnie z zapisem § 10 ust. 11 Projektu umowy- załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Prosimy o udostępnienie danych finansowych tj. bilans i rachunek zysków i strat za lata 2017 oraz 2018 (mogą być wstępne), jak również za 3 kwartały 2017 i 3 kwartały 2018 r,

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia dane finansowe za rok 2016 i 2017 rok. Zamawiający jest w trakcie sporządzania danych za rok 2018 i udostępni rachunek zysków i bilans na stronie internetowej w terminie do 22.03.2019 roku.

3. Prosimy o informacje nt. zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, leasingi oraz inne wobec instytucji finansowych) szpitala na dzień 28.02.2019 r. z informacją nt. rodzaju zobowiązania, kwoty przyznanej, zadłużenia, okres kredytowania wysokości raty oraz zabezpieczenie umownego.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich zobowiązań.

4. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie sprzętu w całym okresie finansowania leży po stronie Zamawiającego,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o informację czy możliwa będzie cesja z praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie finansowanego sprzętu medycznego,

Odpowiedź: Tak.

6. Prosimy o informację czy dostawa przedmiotowego tomografu komputerowego dotyczy wymiany obecnie posiadanego urządzenia czy jest to wyposażenie w nowy, dodatkowy aparat,

Odpowiedź: Zamawiający wymienia obecnie posiadany sprzęt.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje płatności w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, a finansowanie ma być oparte o stałą stopę procentową w całym okresie trwania umowy.

Odpowiedź: Nie, raty równe kapitałowo, odsetki bieżące, WIBOR 3M+stała marża banku (w całym okresie finansowania).

8. Prosimy o informację czy możliwe będzie podpisanie oświadczenia szpitala o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 Kodeksu postępowania cywilnego,

Odpowiedź: Nie.

9. Prosimy o informację czy możliwe będzie zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy,

Odpowiedź: Zamawiający zawrze umowę zastawu na wzorze załączonym do SIWZ.

10. Prosimy o informację czy w przypadku zamieszczenia w umowie spółki z o.o. postanowienia zmieniającego dyspozycję art. 230 k.s.h. konieczne jest przedłożenie uchwały określonej w pkt. XX 20.3 SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał takiej uchwały w przypadku takiego zapisu w umowie spółki.

11. Prośba o możliwość zastąpienia w § 6 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 wzorca umowy: słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Prośba o możliwość dodania w § 7 ust. 2 i 3 wzorca umowy obowiązku wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Prosimy Zamawiającego o przełożenie terminu składania ofert na minimum 7 dni roboczych od dnia opublikowania odpowiedzi na pytania.

Odpowiedź: Zamawiający przesunie odpowiednio termin składania ofert o czas niezbędny na złożenia oferty.

14. Dotyczy: „Załącznik nr 1 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z tomografem komputerowym automatycznego bezwładowego wstrzykiwacza środka cieniującego i soli fizjologicznej, który pracuje przy użyciu materiałów zużywalnych o certyfikowanej sterylności przez 24 godziny niezależnie od ilości iniekcji, nie zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu)?

W tym miejscu uzasadniając nasze pytanie, działając w zaufaniu do postępowania Zamawiającego, wskazujemy, że parametry techniczne tomografu komputerowego zawarte w SIWZ określają nowoczesne aparaty najwyższej klasy, umożliwiające prowadzenie diagnostyki na najwyższym poziomie.

Biorąc pod uwagę proces unowocześniania zespołu urządzeń do diagnostyki obrazowej i podwyższenie standardu usług medycznych realizowanych w pracowni Zamawiającego, nowoczesny wstrzykiwacz kontrastu i soli fizjologicznej będzie uzupełnieniem nowych sprzętów (tomografu komputerowego, stacji opisowych oraz cieplarki do środków kontrastowych), zapewniającym wykonywanie badań w najszerszym spektrum w zakresie tomografii komputerowej.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wymaga.

15. DOTYCZY PKT. I.7 (TOMOGRAF KOMPUTEROWY) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ
Czy Zamawiający potwierdza, że w pkt. I.7 wymaga podania liczby warstw możliwych do uzyskania w trakcie akwizycji, w czasie jednego pełnego obrotu układu lampy detektor?

Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza.

16. DOTYCZY PKT. III.3 (LAMPA RENTGENOWSKA) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ
Czy Zamawiający potwierdza, że w pkt. III.3 wymaga podania rzeczywistej pojemności cieplnej anody lampy rtg, a nie jej ekwiwalentu będącego efektem „przeliczeń” wynikających z innej konstrukcji lampy lub stosowania algorytmów optymalizujących jej pracę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga podania rzeczywistej pojemności cieplnej anody lampy rtg, a nie jej ekwiwalentu będącego efektem „przeliczeń” wynikających z innej konstrukcji lampy lub stosowania algorytmów optymalizujących jej pracę.

17. DOTYCZY PKT. VII.1 (STACJE DIAGNOSTYCZNE (OPISOWE)) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ
Czy Zamawiający potwierdza, że „dodatkowa stacja diagnostyczna”, której dostawy Zamawiający wymaga w przypadku zaferowania upgradów jak pkt. VII.2 to stacja z oprogramowaniem wymaganym zapisami pkt. VIII oraz X?

Odpowiedź: Tak, w przypadku zaferowania upgradów na stacji nr 1 i stacji nr 2, stacja nr 3 (dodatkowa stacja diagnostyczna) ma posiadać takie oprogramowanie jak na stacjach nr 1 i 2 oraz dodatkowo oprogramowanie kardiologiczno – naczyniowe takie jak w pkt. X.

18. DOTYCZY PKT. VIII (OPROGRAMOWANIE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH STACJI) ORAZ PKT. IX (OPROGRAMOWANIE RADIOLOGICZNE DOSTĘPNE JEDNOCZASOWO NA STACJI NR 1 I STACJI NR 2) W ODNIESIENIU DO PKT. IV 17 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ
Pragniemy zauważyć, że w pkt. IV.17 Zamawiający wymaga aby tomograf umożliwiał wykonanie perfuzji mózgowia w badaniu dynamicznym aksjalnym w sposób, zapewniający jednoczesowe zbieranie danych w całym badanym obszarze (bez przesuwu stołu), obejmującym odcinek badania w osi Z o długości minimum 150 mm. Tymczasem, wśród parametrów dotyczących oprogramowania dostarczanych stacji diagnostycznych zawartych w pkt. VIII i IX brak jest wymogu zaferowania oprogramowania umożliwiającego ocenę tak dużego wolumenu. Czy zamawiający potwierdza, że dostarczone na stacjach diagnostycznych radiologicznych (nr 1 i nr 2) oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu ma umożliwiać ocenę badań perfuzyjnych mózgu jak w pkt. IX.5 w całym wymaganym i zaferowanym zapisami pkt. IV.17 zakresie badania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania takiego oprogramowania dla stacji nr 1 i 2- radiologiczne. Takie oprogramowanie nie jest wymagane na stacji nr 3 kardiologiczno-naczyniowej.

19. DOTYCZY PKT. XIII (DOKUMENTACJA, SERWIS, WARUNKI GWARANCJI, SZKOLENIA - DOTYCZY STACJI DIAGNOSTYCZNYCH (OPISOWYCH) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ
W punkcie XIII Zamawiający zawarł szczegółowy opis warunków gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w zakresie stacji diagnostycznych. Zamawiający wymaga również przeprowadzenia szkoleń, jednak szkolenia te ograniczają się tylko i wyłącznie do obsługi

dostarczonych monitorów diagnostycznych. Czy Zamawiający będzie wymagał również przeszkolenia w zakresie obsługi oprogramowania diagnostycznego zainstalowanego na dostarczonych stacjach, czy takie szkolenie przeprowadzi we własnym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający w punkcie XIII.7 wymaga również przeszkolenia w zakresie obsługi oprogramowania diagnostycznego zainstalowanego na dostarczonych stacjach. Zamawiający wprowadza zmianę do zapisów SIWZ.

20. Dot. Wzoru Umowy, Załącznik nr 7 do SIWZ, § 1 PPRZEDMIOT UMOWY, pkt 4 oraz „§ 2 WARUNKI REALIZACJI UMOWY pkt 10

Prosimy o potwierdzenie, przeprowadzenie szkoleń oraz wykonanie kalibracji monitorów medycznych, przeprowadzone 7 dni od uruchomienia tomografu, nie wliczają się do terminu wykonania zamówienia ,będącego kryterium oceny ofert.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że szkolenia oraz kalibracja nie wliczają się do terminu wykonania zamówienia ,będącego kryterium oceny ofert.

21. Dot. § 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWŁAŚCIWE WYKONANIE UMOWY, KARY UMOWNE
Upzejmie prosimy o zastąpienie terminu „opóźnienie” terminem „zwłoka”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. dot. Załącznika nr 3.1 do SIWZ. Formularz cenowy,

Formularza cenowy w obecnej formie zawiera wady uniemożliwiające wprowadzenie poprawnych danych, oraz jest niespójny z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Wnosimy o wprowadzenie jego modyfikacji:

- Prosimy o wykasowanie sztywnych stawek VAT. W tomografie należy zastosować stawkę VAT 23% np. do integracji PACS/RIS, ciepłarka również jest wyrobem niemedyceznym , a więc podlega 23% stawce VAT).

- Prosimy o dodanie do pozycji tomografu stawki technika, która nie jest samodzielnym rżądzeniem (jest w komplecie z systemem TK).

- Prosimy o dodanie możliwości zaogerowania upgrade'u stacji . Obecnie formularz wbrew opisowi przedmiotu zamówienia, wymusza zaoferowanie 2 stacji radiologicznych.

Ponadto w załączniku jest adnotacja , że wykonawca wypełnia tylko pola na żółto, wnosimy zatem o wykasowanie kolumny producent i model zaoferowanego urządzenia, bądź wstawienie koloru, aby wykonawca mógł wypełnić tę pozycję.

W związku z powyższym upzejmie prosimy o modyfikację Załącznika nr 3.1 do SIWZ. Formularz cenowy w następujący sposób:

Formularz cenowy									
Dostawa tomografu komputerowego ze stacjami lekarskimi, pełną integracją ze szpitalnym systemem RIS/PACS wraz z dostosowaniem pomieszczeń i przeszkoleniem personelu na potrzeby WS SPZOZ w Nowej Soli									
lp.	producent i model zaofferowanego urządzenia	opis	j.m.	ilość	cena netto jednostki [PLN]	wartość			
						netto [PLN]	VAT [%]	VAT [PLN]	brutto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1		tomograf komputerowy wraz z oprogramowaniem, stacja technika oraz pełną integracją z funkcjonującym systemem RIS-ORION, PACS/WEB	kpl.	1					
2		stacja diagnostyczna opisowa-radiologiczna wraz z oprogramowaniem lub upgrade 2 posiadanych przez Zamawiającego stacji VITREA2	szt.	2					
3		stacja diagnostyczna opisowa-kardiologiczno-naczyniowa wraz z oprogramowaniem	szt.	1					
4		cieplarka dla środków kontrastowych	szt.	1					
5		wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczenia na potrzeby instalacji tomografu	kpl.	1					
6				razem poz. 1-6:					
7				koszt finansowania płatności ratalnej:					
8				razem poz. 7-8:					

Wykonawca wypełnia tylko pola oznaczone kolorem żółtym!

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmianę do „Formularza Cenowego”. Poprawiony „Formularz Cenowy w załączeniu.

23. dot. Załącznika nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt XIII,2 DOKUMENTACJA, SERWIS, WARUNKI GWARANCJI, SZKOLENIA – DOTYCZY STACJI DIAGNOSTYCZNYCH (OPISOWYCH),

2.	Firma serwisująca monitory medyczne musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.	Tak		
----	---	-----	--	--

W związku z faktem, że Certyfikacja ISO jest procesem dobrowolnym, prosimy o wykreślenie parametru opisanego w pkt. XIII.2. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. parametru, czy Zamawiający dopuści ISO 9001:2008 dla firmy serwisującej monitory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ISO 9001:2008 dla firmy serwisującej monitory.

24. dot. Załącznika nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt XIV. 8
DOKUMENTACJA, SERWIS, WARUNKI GWARANCJI, SZKOLENIA – DOTYCZY TOMOGRAFU
KOMPUTEROWEGO, .

8.	Dane serwisantów.	Podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy		
----	-------------------	--	--	--

Ze względu na przepisy odnośnie ochrony danych osobowych, wnosimy o wykreślenie parametru z pkt. XIV.8.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie tylko numeru kontaktowego. Zamawiający wprowadzi zmianę do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

25. dot. Załącznika nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt XIV. 15
DOKUMENTACJA, SERWIS, WARUNKI GWARANCJI, SZKOLENIA – DOTYCZY TOMOGRAFU
KOMPUTEROWEGO, pkt XIII,9 DOKUMENTACJA, SERWIS, WARUNKI GWARANCJI,
SZKOLENIA – DOTYCZY STACJI DIAGNOSTYCZNYCH (OPISOWYCH) oraz wzór umowy
Prosimy o zunifikowanie zapisów dotyczących czasu naprawy (pkt XIV,15, pkt XIII.9), prosimy potwierdzenie, że czas naprawy (niewymagający sprowadzenia części zamiennych wynosi maks. 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający określił czas naprawy 3 dni robocze dla stacji diagnostycznych oraz 5 dni dla tomografu komputerowego- Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wprowadzi zmianę do zapisów umowy.

Dotyczące Prac Adaptacyjnych.

26. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju wykładziny w pomieszczeniu Tomografii Komputerowej oraz Sterowni na antyelektrostatyczną? Pragniemy zwrócić uwagę na fakt iż w salach diagnostycznych nie ma wymogu stosowania wykładzin przewodzących.

Odpowiedź: Nie. Należy zastosować wykładzinę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 1 do SIWZ.

27. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sufitu podwieszanego – modułowego z zastosowaniem profili z blachy stalowej?

Odpowiedź: Nie. Należy zastosować systemowy sufit podwieszany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 1 do SIWZ.

28. Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej obiektu, w szczególności branży konstrukcyjnej oraz informacji o zastosowanych materiałach (rodzaj użytych prefabrykatów) .

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza w/w dokumenty jako załączniki.

29. Prosimy o potwierdzenie informacji uzyskanej podczas wizji lokalnej, że Zamawiający przeniesie we własnym zakresie panel systemu kontroli dostępu, znajdujący się przy drzwiach sterowni od strony korytarza.

Odpowiedź: Zamawiający wykona we własnym zakresie przeniesienie panelu systemu kontroli dostępu.

30. Czy Zamawiający zapewni system gwarantowanego zasilania (UPS) do planowanego systemu TK?

Odpowiedź: Tak Zamawiający zapewni system gwarantowanego zasilania (UPS) dla planowanego systemu TK.

31. W związku ze zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze (na wzorze Wykonawcy lub Zamawiającego – prosimy o załączenie wzoru do odpowiedzi) dodatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą, która stanowić będzie załącznik do umowy dostawy ?

Podkreślamy, że zgodnie z art. 28 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub państwa członkowskiego. Naruszenie wskazanego obowiązku wiąże się z możliwością nałożenia na administratora (Zamawiającego) i podmiot przetwarzający (Wykonawcę) kary administracyjnej w wysokości:

- do 10 000 000 EUR bądź

- do 2% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kara wyższa.

W razie stwierdzenia naruszenia podstawowych zasad przetwarzania kara administracyjna może być jeszcze wyższa i wynosi:

- do 20 000 000 EUR bądź

- do 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kara wyższa.

W związku z powyższym brak zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych może wiązać się zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie zawierał odrębnej umowy.

32. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia publicznego tym podmiotom /osobom trzecim, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, np. podwykonawcom?

Podkreślamy, że zgodnie z art. 28 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiot przetwarzający (Wykonawca) nie może powierzyć przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora (Zamawiającego). Naruszenie wskazanego obowiązku wiąże się z możliwością nałożenia na administratora (Zamawiającego) i podmiot przetwarzający (Wykonawcę) kary administracyjnej w wysokości:

- do 10 000 000 EUR bądź

- do 2% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kara wyższa.

W razie stwierdzenia naruszenia podstawowych zasad przetwarzania kara administracyjna może być jeszcze wyższa i wynosić:

- do 20 000 000 EUR bądź

- do 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kara wyższa.

W związku z powyższym brak wyrażenia zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych może wiązać się zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu, o którym mowa wyżej.

34. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu, o którym mowa wyżej.

35. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu, o którym mowa wyżej.

36. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
 - 1) ustnie:
 - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 2) w formie pisemnej:
 - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxx.

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, pośtańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
 4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
 5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
 - 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
 8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
 9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
 - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
 - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu, o którym mowa wyżej.**

37. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

- a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych. Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu, o którym mowa wyżej.

38. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp wszystkie zmiany SIWZ oraz jej załączników zamieszcza na stronie internetowej.

39. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego [bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa] za 2 ostatnie pełne okresy obrotowe.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia dane finansowe za rok 2016 i 2017 rok. Zamawiający jest w trakcie sporządzania danych za rok 2018 i udostępni rachunek zysków i bilans na stronie internetowej w terminie do 22.03.2019 roku.

40. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku, gdy parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ nie znajdują odzwierciedlenia w katalogach, prospektach itp., wystarczającym dla oceny spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego będzie przedstawienie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów określonych w SIWZ. Nie wszystkie parametry wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia muszą być odzwierciedlone w katalogach, folderach, ulotkach sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający w takim przypadku w danym kryterium przyzna Wykonawcy 0 punktów.

41. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg przedłożenia dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego tomografu komputerowego na terenie Polski, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 8.4 ppkt. 5 SIWZ zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży autoryzację na prowadzenie serwisu gwarancyjnego, gdzie jako podmiot posiadający autoryzację zostanie wskazany podwykonawca. W związku z płatnością ratalną w przetargu mogą brać udział instytucje finansowe, które nie będą posiadały takiej autoryzacji. Pozytywna odpowiedź wpłynie na poszczerzenie kręgu potencjalnych wykonawców i zwiększenie konkurencyjności w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający uznana warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży autoryzację na prowadzenie serwisu gwarancyjnego, gdzie jako podmiot posiadający autoryzację zostanie wskazany podwykonawca.

42. Prosimy o zmianę zapisu zawartego w rozdz. X SIWZ, poprzez zobowiązanie wykonawców do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom, a nie firm podwykonawców chyba, że są one znane w momencie składania ofert. Wykonawca nie jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych przed złożeniem

oferty, w związku z powyższym decyzję o wyborze konkretnego podwykonawcy ma prawo podjąć dopiero na etapie po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Zwracamy uwagę, że załącznik nr 5 do SIWZ „Wykaz części zamówienia, którą wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom” służy tylko do wskazania części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom bez wskazywania ich nazw.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis „i podania przez Wykonawcę nazw Podwykonawców” z zapisu rozdziału X SIWZ.

43. Prosimy o modyfikację §4 ust. 2 wzoru umowy i wstawienie w miejsce zapisu „obliczoną jako suma wartości przedmiotu umowy oraz kosztu finansowania płatności ratalnej wskazanych osobno w załącznikach do umowy o nazwie „Formularz cenowy” i „Koszty finansowania płatności ratalnej” treści “obliczoną wg cen określonych w załączniku do umowy o nazwie „Formularz cenowy” tak jak ma to miejsce w §4 ust. 4 wzoru umowy. Formularz cenowy nie zawiera pozycji „wartość przedmiotu umowy”, o której mowa obecnie w §4 ust. 2 wzoru umowy. Formularz cenowy odwołuje się także do kosztu finansowania płatności ratalnej, która według obecnego brzmienia jest wskazana osobno wyłącznie w załączniku „Koszt finansowania płatności ratalnej”, który na marginesie zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem stanowi załącznik do Formularza Cenowego (co ponownie zaprzecza, że koszt finansowania miałby być określony osobno).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zmianę do § 4 umowy.

44. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §4 ust. 4 wzoru umowy, który wskazuje na tożsamy obowiązek Wykonawcy co wynikający z §4 ust. 2 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zmianę do § 4 umowy.

45. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie §5 ust. 2 zd. 2 wzoru umowy przez wskazanie, że kolejne raty będą płatne na koniec ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu do projektu umowy.

46. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę § 5 ust. 3 projektu umowy na następujący zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

47. Prosimy o modyfikację §5 ust. 5 wzoru umowy, tak, aby wskazywał, że ust. 4 nie ma zastosowania, jeżeli w wyniku nadpłat termin spłaty całości wynagrodzenia rozłożonego na raty skróci się o mniej niż 1 miesiąc. W obecnym brzmieniu w razie gdyby Zamawiający wpłacił przykładowo jedną z rat na 8 dni przed wyznaczonym terminem płatności raty wymagałoby to przeliczenia na nowo kosztów finansowania i odpowiednie ich skorygowanie, nawet w sytuacji gdyby pozostałe raty były płatne zgodnie z harmonogramem. Koszt finansowania zmniejszy się

nieznacznie, a po stronie Wykonawcy będzie się to wiązało z koniecznością znacznych nakładów pracy wiążących się z przeliczeniem tego kosztu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

48. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku ceny oferty niepodzielnej na 72 równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

49. Prosimy o zmianę §6 ust. 5 wzoru umowy na następującą treść: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania”.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zmianę do § 6 ust. 5 umowy i doda zapis, że sporządzi notę księgową oraz wskaże podstawę nałożenia kary umownej.

50. Prosimy o wykreślenie z §7 ust. 2 wzoru umowy określenia “w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień albo,”. Niniejszy fragment zawiera szeroko określoną przesłankę rozwiązania umowy, która podlega ocenie Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający uprawnienie Zamawiającego jest zbyt szeroko określone, co godzi w równowagę stron i zasady współżycia społecznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

51. Prosimy o wykreślenie §8 wzoru umowy. Niniejszy paragraf stanowi powtórzenie §7 ust. 1 wzoru umowy, który co prawda nie odwołuje się do art. 145 pzp, ale stanowi powtórzenie literalnej treści tego artykułu.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ust. 1 §7 i wprowadzi zmianę do zapisów umowy.

52. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu załącznika nr 7 do SIWZ (projekt umowy) w § 10 ust. 6 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności w terminie do 14 dni roboczych od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili jej zgłoszenia, natomiast naprawy z wymianą części zamiennych sprowadzanych od producenta z zagranicy w terminie do 21 dni roboczych od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili jej zgłoszenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

53. W przypadku zgody na zmianę, o której mowa w punkcie powyżej, prosimy o dokonanie odpowiedniej modyfikacji zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części XIII w pkt. 9, XIV w pkt. 10 oraz 5.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

54. Prosimy Zamawiającego o zmianę postanowień § 10 ust. 4 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta (cesja praw z tytułu gwarancji), o ile Wykonawcy gwarancji udzielił producent.” Wykonawca może kupić sprzęt nie tylko od producenta, ale również od dystrybutorów sprzętu, co spowoduje, że nie będzie mógł scedować na Zamawiającego praw, którymi nie dysponuje.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadzi zmianę do zapisów umowy.

55. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu załącznika nr 7 do SIWZ (projekt umowy) w § 10 ust. 7 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Przy piątym zgłoszeniu reklamacji co do tej samej części lub podzespołu tego samego towaru, Wykonawca uznając reklamację zobowiązany jest wymienić daną część lub podzespół na nową.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

56. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §11 ust. 2 zd. 2 wzoru umowy. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie podwykonawców, o ile są już znani na etapie składania oferty. Żaden z przepisów prawa nie wymaga, aby Wykonawca już na etapie składania ofert określił w niezmienny sposób z jakimi podwykonawcami wejdzie we współpracę, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie ma jeszcze pewności, że zamówienie zostanie mu powierzony. Konieczność skorzystania z usług podwykonawców może ujawnić się dopiero na etapie wykonania zamówienia i Zamawiający nie może ograniczyć uprawnienia Wykonawcy do swobody w powierzeniu zadań podwykonawcom i wyborze tych podwykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w §11 ust. 2 zd. 2 i wprowadzi zmianę do zapisów umowy.

57. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu załącznika nr 7 do SIWZ (projekt umowy) w § 5 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Cena, o której mowa w § 4 ust. 1, uiszczona zostanie przez Zamawiającego w 72 miesięcznych ratach, w wysokości określonej łącznie w „Formularzu cenowym”, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.” Koszt finansowania płatności ratalnej stanowi załącznik do Formularza cenowego, który całościowo reguluje kwestię ceny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadzi zmianę do zapisów umowy.

58. Prosimy Zamawiającego o poprawę numeracji §4 wzoru umowy. Niniejszy paragraf zawiera dwa ustępy oznaczone jako 3.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zmianę do zapisów umowy.

59. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu załącznika nr 7 do SIWZ (projekt umowy) w § 2 ust. 1 i §4 ust. 3 (błędnie oznaczony jako ust. 3) poprzez zastąpienie zapisu „§ 1 ust. 2” na „§ 1 ust. 1”. W treści § 1 ust. 2 projektu umowy nie ma mowy o zamówieniu.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zmianę do zapisów umowy.

60. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu załącznika nr 7 do SIWZ (projekt umowy) w § 2 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przynajmniej jednej z następujących sytuacji:

- 1) przedmiot umowy jakościowo nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” do oferty,
- 2) jest niezgodny ilościowo lub asortymentowo ze złożonym zamówieniem,
- 3) dostarczony został w niewłaściwych opakowaniach,
- 4) posiada ślady uszkodzenia, jest przeterminowany lub jest w inny sposób wadliwy
- 5) nie spełnia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów

Zamawiający odmówi ich odbioru i wstrzyma się z podpisaniem protokołu odbioru aż do momentu ich wymiany.”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zmianę do zapisów umowy.

61. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części XIII w pkt. 8. – „Reakcja serwisu technicznego na zgłoszoną awarię maksymalnie następnego dnia roboczego” – brakuje odnośnika wyjaśniającego nr 7 pod tabelą, ponad to zapis nie pokrywa się chociażby z treścią § 10 ust. 5 projektu umowy, w którym mowa jest o terminie 5 dni na rozpatrzenie reklamacji przez Wykonawcę w okresie trwania gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga reakcji na zgłoszona awarię 24 h w dni robocze a terminy na jej usunięcie zostały opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wykreśla ust. 5 i 6 § 10 -Projektu Umowy.

62. Prosimy o modyfikację treści załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części XIV w pkt. 8. „Dane serwisantów” w taki sposób, aby Zamawiający miał obowiązek podać tylko telefon kontaktowy serwisantów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie tylko numeru telefonu. Zamawiający wprowadzi zmianę do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

63. W związku ze wskazaniem w zał. nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, że Zamawiający wymaga serwisu pogwarancyjnego, prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, Zamawiający rozumie wskazanie przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza.

64. W związku z treścią w w części XIV w pkt. 19 załącznika nr 1 do SIWZ prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wyraża zgodę na skrócenie gwarancji dostępności części zamiennych dla tomografu przez okres min. 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor

może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu dostępu do części zamiennych.

65. W związku ze wskazaniem w części XV pkt 5 załącznika nr 1 do SIWZ, że Zamawiający wymaga wykonania projektu osłon stałych „wraz z zaakceptowaniem przez właściwy Sanepid” prosimy o wskazanie czy wystąpienie z wnioskiem o wydanie stosownych akceptacji leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy.

Odpowiedź: Złożenie wniosku leży po stronie Wykonawcy.

66. Prosimy o informację czy środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia będą pochodziły z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź: Nie.

67. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do zał. nr 10 postanowienia o następującej treści: „Zastawca oświadcza, że nabycie określonego w § 2 niniejszej umowy przedmiotu zastawu przez Zastawcę lub poprzedników prawnych Zastawcy nie nastąpiło w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) tj.:

- 1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
- 2) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 1”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody i wprowadzi zmianę do zapisów UMOWY USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO.

68. Prosimy o dodanie do §2 zał. nr 10 do SIWZ ustępu 3 o następującej treści: „Zastawca ustanawia zastaw na rzecz Zastawnika do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia która wynosi _____ zł (słownie: złotych).” Najwyższa suma zabezpieczenia jest niezbędnym elementem umowy zastawniczej, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z 6 grudnia 1996 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody i wprowadzi zmianę do zapisów UMOWY USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO.

69. Prosimy o dodanie do §5 zał. nr 10 do SIWZ postanowienia następującej treści: „W przypadku gdyby doszło do zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu, mimo zastrzeżenia, o którym mowa

w ust.2, Zastawnik może żądać natychmiastowego zaspokojenia całej wierzytelności wynikającej z umowy, o której mowa w §1, zabezpieczonej niniejszym zastawem. Dodatkowo w takim przypadku Zastawnik będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Zastawcę kary umownej w wysokości 20 tys. zł. Powyższe nie wyłącza żądania przez Zastawnika odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie takiego zapisu do umowy.

70. Prosimy o dodanie do §4 ust. 2 zał. nr 10 do SIWZ następującego fragmentu: (...) "jak również do używania przedmiotu zastawu zgodnie z jego przeznaczeniem i nieudostępniania go osobom trzecim bez zgody Zastawnika. Natomiast w przypadku gdy przedmiot zastawu nie jest ubezpieczony zastawca zobowiązany jest go ubezpieczyć na własny koszt do wysokości określonej w § 2".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie takiego zapisu do umowy.

71. Prosimy o zmianę w §7 zd. 1 zał. nr 10 do SIWZ określenia „niespłacenia pożyczki” określeniem „niedokonywania spłat wierzytelności, o której mowa w §2”. Przedmiotem wierzytelności, którą ma zabezpieczać zastaw nie jest udzielenie pożyczki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody i wprowadzi zmianę do zapisów UMOWY USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO.

72. Prosimy o dodanie do §7 zd. 1 zał. nr 10 do SIWZ następującego fragmentu: „oraz przez sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego, przeprowadzonego przez komornika lub notariusza”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie takiego zapisu do umowy.

73. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o dodanie do §7 zał. nr 10 do SIWZ zdania 3 o następującej treści: „W przypadku podjęcia przez Zastawnika decyzji o sprzedaży przedmiotu Zastawnikowi w drodze przetargu publicznego, Zastawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu zastawu Zastawnikowi w wyznaczonym przez niego terminie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie takiego zapisu do umowy.

74. Prosimy o zmianę §8 ust. 3 zał. nr 10 do SIWZ poprzez nadanie mu brzmienia: „Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron oraz dla Sądu Rejonowego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody i wprowadzi zmianę do zapisów UMOWY USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO.

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMOZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Bożena Osińska