



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ



MOTYLKOWE SZPITALE

W NOWEJ SOLI

DLA DZIECI

FAIR PLAY

☎ CENTRALA (068) 38-82-100
☎ DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359
☎ GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA (068) 38-82-358
☎ Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345
☎ GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351
☎ DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
☎ TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111 FAX 38 71 281

ADRES:
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

REGON 97074733

NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 02.04.2019r

Znak sprawy: DZP – 280 – 1 – 6/2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu na potrzeby Zakładu Hemodynamiki WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2018, poz. 1986) w związku z wpływieniem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania do pakietu nr II:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści w zestawie nr 1 crossing profile 3,0 F zamiast 3,5F (reszta parametrów zgodna).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści w zestawie nr 2 crossing profile 2,2F zamiast 2,3F (reszta parametrów zgodna).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści w zestawie nr 5 długości przewodników 175, 200 i 205cm (reszta parametrów zgodna).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy zamawiający zrezygnuje z zestawu nr 6 - firma zaprzestała produkcji wymienionego asortymentu, alternatywą dla w/w zestawu jest zestaw nr 4 z tegoż pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Nowej Soli

Justyna Koszał