



MOTYLKOWE SZPITALA

DLA DZIECI

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W NOWEJ SOLI



FAIR PLAY

☎ CENTRALA (068) 38-82-100
☎ DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359
☎ GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA (068)38-82-358
☎ Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345
☎ GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351
☎ DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

☎ TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111 FAX 38 71 281

ADRES:
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

REGON 97074733

NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 13.06.2019r.

Znak sprawy: DZP-280-40/2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sukcesywna dostawa układów oddechowych jednorazowych do wspomagania wentylacji mechanicznej na potrzeby Oddziału Noworodków i Wcześnieiaków WS SP ZOZ w Nowej Soli**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2018r., poz. 1986) w związku z wpływieniem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści generyczne czujniki Chińskiego producenta dla noworodków poniżej 3 kg oraz niemowląt od 3-20kg których instrukcja obsługi nie zaleca ich stosowania u pacjentów pobudzonych w ruchu oraz przy niskiej persfuzji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający oczekuje aby w pakiecie 5 czujniki dla noworodków poniżej 3 kg oraz niemowląt od 3-20kg miały możliwość stosowania u pacjentów pobudzonych w ruchu oraz przy niskiej persfuzji zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi dołączonymi do oferty lub instrukcją obsługi czujników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 5 poz. 1-2

Pytanie 3

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na zaproponowanie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisaniem w SIWZ (3-20 kg oraz <3kg i >40kg), , posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterk do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kólek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i łączek.

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż obecna konstrukcja zadania ogranicza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny, a proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowane w wielu szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej na terenie naszego kraju, bez żadnych zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu ofertowym.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Nowym Solu
Justyna Koszał