



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**



MOTYLKOWE SZPITALA

W NOWEJ SOLI

DLA DZIECI

FAIR PLAY

☎ CENTRALA (068) 38-82-100  
☎ DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359  
☎ GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA (068)38-82-358  
☎ Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345  
☎ GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351  
☎ DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
☎ TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111 FAX 38 71 281

ADRES:  
ul. Chałubińskiego 7  
67-100 Nowa Sól

REGON 97074733

NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 24.01.2020r.

Znak sprawy: DZP-280-8/2020

**ZMIANA TREŚCI SIWZ (1)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2019r., poz. 1843):

1. Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w załączniku nr 1 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w Pakiecie 1:


**Pakiet 1**

L.p	Nazwa	j.m.	Ilość
1	Zestaw jałowy jednorazowego użycia do cewnikowania pęcherza moczowego.  Pakowany pojedynczo, opakowanie sztywne odporne na uszkodzenia. Na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i nr serii, służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej. Sposób ułożenia elementów w opakowaniu: serweta (bez rozcięcia) ułożona na wierzchu zestawu.  Składający się z : a) serweta podfoliowana 50x60 nieprzylepna – 1szt.	Sztuka	13 000

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>b) serweta podfoliowana 50x60 z otworem i rozcięciem na krocze, nieprzylepna – 1szt.</li><li>c) penseta plastikowa 13cm – 1szt.</li><li>d) kocher plastikowy 14cm – 1szt.</li><li>e) kompresy gazowe 7,5x7,5cm – 6szt.</li><li>f) strzykawka z wodą sterylną 10ml typu luer – 1szt.</li><li>g) strzykawka z żelem jałowym poślizgowym 6ml-10ml – 1szt.</li><li>h) worek na mocz z zaworem o pojemności 2l.– 1szt.</li><li>i) pojemnik plastikowy – 1szt.</li></ul> |  |
|--|--|

2) Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę z ich uwzględnieniem.

  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych  
Wielospecjalistycznego Szpitala  
SP ZOZ w Nowej Soli  
Justyna Koszał