



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W NOWEJ SOLI**

*„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”*

Nowa Sól, dnia 04.06.2020r.

Znak sprawy : DZP-280-29/2020

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego (kable do EKG, mankiety) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” .

**FORMULARZ CENOWY**

1. Poz. 1, 2  
Prosimy o dopuszczenie dł. 3 m.  
**Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.**
2. Poz. 3, 4  
Prosimy o dopuszczenie dł. 95 cm.  
**Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.**
3. Poz. 8  
Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 46-66 cm.  
**Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.**
4. Poz. 9  
Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm.  
**Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.**
5. Poz. 10  
Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm.  
**Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.**
6. Poz. 13  
Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m.  
**Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.**
7. Poz. 14, 15  
Prosimy o dopuszczenie dł.0,9 m.  
**Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.**

8. Poz. 16

Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

9. Poz. 17, 18

Prosimy o dopuszczenie dł. 3 m.

**Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.**

10. Poz. 22

Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m.

**Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.**

11. Poz. 25

Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m

**Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.**

12. Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kabel EKG z gniazdem odprowadzeń typu EURO zgodny z oryginalnym przewodem dedykowanym do opisanych aparatów firmy Mindray?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

13. Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kabel EKG z gniazdem odprowadzeń typu EURO zgodny z oryginalnym przewodem dedykowanym do opisanych aparatów firmy Mindray?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

14. Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści oprowadzenia o długości 67 lub 104cm zakończone klamerką w standardzie EURO IEC - zgodne z oryginalnymi akcesoriami dedykowanym do opisanych aparatów firmy Mindray?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

15. Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści oprowadzenia o długości 67 lub 104cm zakończone klamerką w standardzie EURO IEC - zgodne z oryginalnymi akcesoriami dedykowanym do opisanych aparatów firmy Mindray?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

16. Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści Mankiet udowy w standardowym rozmiarze 42 - 54 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

17. Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści Mankiet udowy w standardowym rozmiarze 34 - 43 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

18. Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści Mankiet udowy w standardowym rozmiarze 27 - 35 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

19. Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści Mankiet udowy w standardowym rozmiarze 20,5 - 28 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

20. Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści Mankiet udowy w standardowym rozmiarze 14 - 21 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

21. Poz. 14 - 15

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 1m?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę..**

22. Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2,4 m?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

23. Poz. 17

Czy Zamawiający dopuści kabel EKG z gniazdem odprowadzeń typu EURO zgodny z oryginalnym przewodem dedykowanym do opisanych aparatów firmy Mindray?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

24. Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści kabel EKG z gniazdem odprowadzeń typu EURO zgodny z oryginalnym przewodem dedykowanym do opisanych aparatów firmy Mindray?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


25. Poz. 22

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2,4 m?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

26. Poz. 23 - 24

Czy Zamawiający wymaga złącz jak na poniższych fotografiach?



**Odpowiedź: Nie.**



**27. Pakiet 1 Pozycja 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie ilości pinów we wtyczce. 6 czy 12 ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 12 pinów we wtyczce.**

**28. Pakiet 1 Pozycja 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o komplet czyli kabel główny plus odprowadzenia ?

**Odpowiedź: Kabel główny.**

**29. Pakiet 1 Pozycja 2**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie ilości pinów we wtyczce. 6 czy 12 ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 12 pinów we wtyczce.**

**30. Pakiet 1 Pozycja 2**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o komplet czyli kabel główny plus odprowadzenia ?

**Odpowiedź: Kabel główny.**

**31. Pakiet 1 Pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu o możliwości wymiany pojedynczej końcówki. Umożliwi to nam i innym złożenie oferty atrakcyjnej cenowo.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**32. Pakiet 1 Pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu o możliwości wymiany pojedynczej końcówki. Umożliwi to nam i innym złożenie oferty atrakcyjnej cenowo.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**33. Pakiet 1 Pozycja 10**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów średnich ze złączką metalową, bez lateksu do pomiaru NIBP (obwód ramienia 25-35cm) 1- przewodowy w.u.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**34. Pakiet 1 Pozycja 16**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma działać przewód, numeru katalogowego lub numeru REF.

**Odpowiedź: Technologia Nellcor.**

**35. Pakiet 1 Pozycja 17**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o komplet czyli kabel główny plus odprowadzenia ?

**Odpowiedź: Kabel główny**

**36. Pakiet 1 Pozycja 18**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o komplet czyli kabel główny plus odprowadzenia ?

**Odpowiedź: Kabel główny**

**37. Pakiet 1 Pozycja 22**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma działać przewód, numeru katalogowego lub numeru REF.

**Odpowiedź: Technologia Nellcor.**

**38. Pakiet 1 Pozycja 23**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji do jakiego przetwornika ciśnienia mają pasować przewody.

**Odpowiedź: Do przetworników firmy Merit Medical.**

**39. Pakiet 1 Pozycja 24**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji do jakiego przetwornika ciśnienia mają pasować przewody.

**Odpowiedź: Do przetworników firmy Merit Medical.**

**40.** Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Tak .**

**41.** Czy Zamawiającemu pozwoli, ze względu na pandemię Covid-19, na wysłanie oferty drogą elektroniczną, podpisanej elektronicznie ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Załącznik nr 2.1 do SIWZ, Formularz cenowy:**

**42.** poz. 5 Czy chodzi o czujnik z wtyczką typu duży jack i rezystorem 2,252K czy 10K?

**Odpowiedź: Czujnik z wtyczką typu duży jack i rezystorem 2,252K.**

**43.** poz. 6. Czy chodzi o czujnik z wtyczką typu duży jack i i rezystorem 2,252K czy 10K?

**Odpowiedź: Czujnik z wtyczką typu duży jack i rezystorem 2,252K.**

**44.** poz.7. Czy chodzi o czujnik z wtyczką typu duży jack i rezystorem 2,252K czy 10K?

**Odpowiedź: Czujnik z wtyczką typu duży jack i rezystorem 2,252K.**

**45.** poz.8. Czy Zamawiający dopuści mankiet na udo, obwód 46-66cm, długość: 95cm, szerokość: 25cm, dwuwarstwowy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**46.** poz. 10. Czy Zamawiający dopuści mankiet 1-żyłowy, dla dorosłych długi, obwód 25-35cm, długość: 64,5cm, szerokość: 14cm, dwuwarstwowy ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**47.** poz.10. Czy Zamawiający dopuści mankiet o obwodzie 25-35 cm, z wydłużonym rzepem , długość: 64,5cm, szerokość: 14cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**48.** poz.17. Czy Zamawiający dopuści kabel główny na 5 odprowadzeń, do którego będą pasować również oferowane 3 odprowadzenia (tzw. kostka rozbieralna)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**



22. Prosimy aby Zamawiający podał przykładowy numer katalogowy stosowany dotychczas przez Zamawiającego oraz kolor wtyczki.

**Odpowiedź: Kolor wtyczki szary.**

**Powyższe zmiany są integralną częścią SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę z ich uwzględnieniem.**

Z-ca DYREKTORA  
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych  
Wielospecjalistycznego Szpitala  
SP ZOZ w Nowej Sól  
Justyna Kozłowski

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7  
REGON 970774733  
NIP 925-17-23-350  
[www.szpital-nowasol.pl](http://www.szpital-nowasol.pl)

tel. centrala 068 38 82 100  
tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345  
faks 068 387 78 51, 068 38 77 003  
[sekretariat@szpital-nowasol.pl](mailto:sekretariat@szpital-nowasol.pl)

KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

*szp*