



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W NOWEJ SOLI**

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”

Nowa Sól, dnia 15.06.2020r.

Znak sprawy : DZP-280-27/2020

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (X) / 12 / 10/20**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sukcesywna dostawa szwów syntetycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli**”

**1. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 1.2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1.2** szwu chirurgicznego o długości nici 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**2. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 1.4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1.4** szwu chirurgicznego o długości nici 75 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**3. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 1.4 i 1.6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **zadaniu nr. 1** szwu chirurgicznego z igłą odporną na złamania i wyginanie w trudnych warunkach operacyjnych w pozycjach:

- **1.4 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

- **1.6 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**4. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 1.6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1.6** szwu chirurgicznego o długości nici 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**5. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 1.11**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1.11** szwu chirurgicznego o długości nici 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**6. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 1.12**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1.12** saszetek zawierających 6 szt. nici z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 4248 saszetek do wyceny.

**7. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**8. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 2.1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 2.1** szwu chirurgicznego o długości nici 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**9. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 2.2**

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy w **pozycji 2.2** nie nastąpiła omyłka pisarska dotycząca rozmiaru igły? Czy Zamawiający miał na myśli szew chirurgiczny o długości igły 17 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**10. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 2.2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 2.2** szwu chirurgicznego o długości nici 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**11. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 3.1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3.1** szwu chirurgicznego o długości igły 13 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**12. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 3.6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3.6** szwu chirurgicznego o długości igły 18 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**13. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 3.6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3.6** szwu chirurgicznego o krzywiźnie igły ½ koła, okrągłej o podwójnej igle i nici o długości 90 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**14. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 3.7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3.7** szwu chirurgicznego o długości igły 18 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**15. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 3.7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3.7** szwu chirurgicznego o krzywiźnie igły ½ koła, okrągłej i nici o długości 90 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**16. Dotyczy zadania nr 1 poz. nr 3.7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3.7** szwu chirurgicznego o długości igły 16 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**17. Dotyczy zadania nr 2 poz. nr 1.1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1.1** szwu syntetycznego polipropylenowego z dodatkiem polietylenu niewchłaniającego, jednowłóknowego o krzywiźnie igły 3/8 koła, okrągłej, podwójnej o średnicy ostrza 200 mikronów i kącie 135 stopni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**18. Dotyczy zadania nr 2 poz. nr 1.2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1.2** szwu chirurgicznego o długości igły 12 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

**19. Dotyczy zadania nr 2 poz. nr 1.7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1.7** szwu chirurgicznego o długości nici 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

**20. Dotyczy zadania nr 2 poz. nr 1.8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1.8** szwu chirurgicznego o długości igły 30 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

**21. Dotyczy zadania nr 2 poz. nr 1.9**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1.9** szwu chirurgicznego o długości igły 30 mm oraz długości nici 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**22. Dotyczy zadania nr 2 poz. nr 1.10**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1.10** szwu chirurgicznego o igle prostej, tnącej z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

**23. Dotyczy zadania nr 2 poz. nr 2.11**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 2.11** szwu chirurgicznego o długości igły 24 mm zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

**24. Dotyczy zadania nr 2 poz. nr 2.15 i 2.16**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **zadaniu nr. 2** szwu chirurgicznego z igłą odporną na złamanie i wyginanie w trudnych warunkach operacyjnych w pozycjach:

- 2.15 TAK- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

-2.16 TAK-

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Bożena Osnińska