

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406717-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Nowa Sól: Analizatory
2020/S 168-406717**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Krajowy numer identyfikacyjny: 970774733

Adres pocztowy: ul. Chałubińskiego 7

Miejscowość: Nowa Sól

Kod NUTS: PL432 Zielonogórski

Kod pocztowy: 67-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agata Flis

E-mail: a.flis@szpital-nowasol.pl

Tel.: +48 683882285

Faks: +48 683871281

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-nowasol.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://szpital-nowasol.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa wraz z montażem automatycznego aparatu nastołowego do diagnostyki molekularnej SARS-CoV-19

Numer referencyjny: DZP-282-13/2020

II.1.2) Główny kod CPV

38434000 Analizatory

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Opis aparatu do diagnostyki molekularnej SARS-CoV-19:

1. automatyczny aparat nastołowy wykonujący wszystkie etapy diagnostyki molekularnej:
 - automatyczną izolację kwasów nukleinowych,
 - amplifikację real-time PCR,
 - analizę wyniku;
2. montaż, szkolenie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;
3. regularna i stała dostawa odczynników do wykonania 10 000 testów w okresie 24 miesięcy;
4. instrukcje do testów i aparatu w języku polskim;
5. certyfikat CE-IVD testów;
6. analiza równolegle od 1 do 12 (min. 4 próby jednocześnie);
7. możliwość diagnostyki innych oprócz SARS-CoV-2 czynników etiologicznych, np.:
 - wirus grypy A/B,
 - RSV,
 - chlamydia pneumoniae,
 - mycoplasma pneumoniae,
 - leginella spp.,
 - bordetella pertussis,
 - chlamydia trachomatis,
 - norowirus,
 - bakteryjne i wirusowe czynniki infekcyjne zakażeń opon mózgowo-rdzeniowych,
 - CPE (z próbek kału),
 - EPEC, EHEC;
8. test do diagnostyki Covid nie może być w panelu z innymi testami;
9. test do diagnostyki Covid musi wykrywać 2–3 geny (min. E, N).

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WS SP ZOZ Nowa Sól

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Opis aparatu do diagnostyki molekularnej SARS-CoV-19:

1. automatyczny aparat nastołowy wykonujący wszystkie etapy diagnostyki molekularnej:
 - automatyczną izolację kwasów nukleinowych,
 - amplifikację real-time PCR,
 - analizę wyniku;
2. montaż, szkolenie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;
3. regularna i stała dostawa odczynników do wykonania 10 000 testów w okresie 24 miesięcy;
4. instrukcje do testów i aparatu w języku polskim;
5. certyfikat CE-IVD testów;
6. analiza równolegle od 1 do 12 (min. 4 próby jednocześnie);
7. możliwość diagnostyki innych oprócz SARS-CoV-2 czynników etiologicznych, np.:
 - wirus grypy A/B,
 - RSV,
 - chlamydia pneumoniae,
 - mycoplasma pneumoniae,
 - leginella spp.,
 - bordetella pertussis,
 - chlamydia trachomatis,
 - norowirus,
 - bakteryjne i wirusowe czynniki infekcyjne zakażeń opon mózgowo-rdzeniowych,
 - CPE (z próbek kału),
 - EPEC, EHEC;
8. test do diagnostyki Covid nie może być w panelu z innymi testami;
9. test do diagnostyki Covid musi wykrywać 2–3 geny (min. E, N).

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 15/09/2020

Koniec: 31/10/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający nie stosuje przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż zakupu dokonuje na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 31.3.2020 Dz.U. 2020 poz. 568 – o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (...).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

- III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**
- III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**
- III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**
- III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**
- III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**
- III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył, zainstalował oraz przeszkolił w siedzibie Zamawiającego jego pracowników z obsługi zaoferowanego aparatu.
- III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

- IV.1) **Opis**
- IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Procedura otwarta
- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**
- IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 08/09/2020
Czas lokalny: 10:00
- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 08/09/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – pokój nr 6 Dział Zamówień Publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
Akceptowane będą faktury elektroniczne
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu w celu zebrania ofert z jak najszerzego kręgu Wykonawców. Oferty zawierające wycenę opisanego aparatu oraz dostawę 10 000 testów w okresie 24 miesięcy należy składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: a.flis@szpital-nowasol.pl

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Brak możliwości wniesienia odwołania

Miejscowość: Nowa Sól

Państwo: Polska

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Brak możliwości wniesienia odwołania

Miejscowość: Nowa Sól

Państwo: Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

26/08/2020