



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWEJ SOLI**

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”

Znak pisma: DZP-280-58/2020

Nowa Sól, 04.11.2020 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Sukcesywne dostawy sprzętu (szew mechaniczny, zestaw do prostatektomii) na potrzeby Bloku Operacyjnego WS SP ZOZ”**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2019, poz.1843) Zamawiający wprowadza zmianę do zapisów SIWZ- Pakiet IV. Zamawiający omyłkowo skopiował do pozycji 1 opis z pakietu III pozycja 1.

Poprawiony Formularz Cenowy w załączeniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Nowej Soli

Justyna Koszał

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7
REGON 970774733
NIP 925-17-23-350
www.szpital-nowasol.pl

KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. centrala 068 38 82 100
tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345
faks 068 387 78 51, 068 38 77 003
sekretariat@szpital-nowasol.pl

FORMULARZ CENOWY

Pakiet IV – Sukcesywne dostawy sprzętu (szew mechaniczny, zestaw do prostatektomii) na potrzeby Bloku Operacyjnego WS SP ZOZ

L.p.	Określenie (oryginalna nazwa produktu producent, numer katalogowy)	Nazwa/Opis	Ilość	j.m.	Cena netto jednostki PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Zestaw do prostatektomii - Szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłaniany wykonany z glikolidu, dioksanonu i węgla trimetylu nr 3/0 igła 1/2 okrągła 17mm; system składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, a na drugim końcu posiadający pętlowy chwytak oraz jednokierunkowe haczyki na długości nici, długość nici 23cm o podrzymaniu tkankowym około 21 dni , czas całkowitego wchłonięcia do 90-110 dni; -jednorazowy trokar 11mm, (2szt)- jednorazowy trokar 5mm, -jednorazowe urządzenie do zamykanie nacięcia po trokarze,- bezprzewodowy dysektor ultradźwiękowy o zakrzywionych szczękach. Posiada przycisk podwójnego ustawienia energii, umożliwiający włączenie minimalnego lub maksymalnego poziomu energii. Pokręto obracania trzonka 360 stopni. Głośnik określający stan systemu. Znacznik pomiaru trzonu służący do odmierzenia odległości do 10 cm od dystalnego końca.	zestaw	100				
		RAZEM						

Wykonawca oświadcza, że użył bezpłatnie:

1. Ładowarkę akumulatorową : - cztery komory ładowania- kontrolka stanu zasilania ładowarki akumulatora- wyświetlacz stanu akumulatora
2. Akumulator wielokrotnego użytku (min.2 sztuki),- akumulator litowo jonowy 7,2 V - 2,83 Ah, 20,4 Wh2
3. Tacę sterylizacyjną wielokrotnego użytku przeznaczoną do przechowywania generatora i prowadnic wkładania akumulatora wielokrotnego użytku (min. 2 szt.),
4. Generator wielokrotnego użytku: -wskaźnik diodowy, -kolor diody led wskazuje stan systemu,- Pokręto momentu obrotowego używane do podłączenia akumulatora do dysektora (min. 2 szt),
5. Prowadnica do baterii (min. 2 szt)

.....
 (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)