



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWEJ SOLI**

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”

Znak pisma: DZP-282-4/2021

Nowa Sól, 08.03.2021r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa preparatów myjących i dezynfekcyjnych oraz urządzeń dozujących i pomocniczych na potrzeby WS SP ZOZ Nowa Sól”.

1. dot. pak. 1, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga preparatu przebadanego wg normy EN 12719 (aktualny zapis) czy być może nastąpiła omyłka pisarska w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i nazwa normy powinna brzmieć EN 12791 (Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Chirurgiczna dezynfekcja rąk -- Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)).

Ponadto prosimy o dopuszczenie preparatu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, konfekcjonowanego w opakowania kompatybilne z dozownikiem manualnym i automatycznym NEXA (producent ECOLAB), spełniającego pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska, w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i nazwa normy powinna brzmieć EN 12791.

2. dot. pak. 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu myjącego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk o nazwie handlowej Seraman Soft (producent ECOLAB). Seraman Soft to nowoczesny, zaawansowany, delikatny preparat myjący, zapewniający optymalne nawilżenie i ochronę skóry; został stworzony z myślą o pracownikach opieki zdrowotnej, do częstego mycia rąk; zawiera formułę przyjazną dla skóry - bez barwników, konserwantów i substancji zapachowych; dla potwierdzenia bezpieczeństwa dla częstego stosowania, produkt został przetestowany dermatologicznie; jest konfekcjonowany jest w opakowaniach kompatybilnych z dozownikiem NEXA (system zamknięty); zawiera emolienty, zapobiegające wysuszeniu skóry, a dzięki zawartości specjalnie dobranych środków powierzchniowo-czynnych dokładnie myje, jednocześnie pielęgnując skórę; posiada neutralną dla skóry wartość pH. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, że Zamawiający wymaga by zaoferowany preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk nie zawierał substancji bakteriostatycznych, a był jednocześnie przebadany wg normy EN 1499. Przytoczona norma EN 1499 dedykowana jest dla preparatów, które w procedurach higieny rąk właśnie dzięki zawartym substancjom bakteriostatycznym oraz substancjom bójczym wykazują aktywne działanie przeciw drobnoustrojom bytujące na skórze – innymi słowy preparatom myjącym wykazującym właściwości bójcze, wykorzystywanym w m.in. procedurach dekontaminacji. Efektem przeprowadzonych badań wg normy EN 1499 są wyniki określające parametry bójcze preparatu, a zatem spektrum działania bójczego oraz czas w jakim inaktywacja wskazanych drobnoustrojów przebiega. W przypadku pozostałych parametrów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazanych przez Zamawiającego, przypuszczać można, że chodzi jednak o preparat myjący do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, nie zaś preparat myjący redukujący dzięki substancjom aktywnym drobnoustroje – prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat, pod warunkiem spełnienia wszystkich zapisów SWZ, w tym normy EN 1499. Zamawiający podtrzymuje oczekiwania spełnienia przez produkt podany w pakiecie 1, pozycja 2, przez normę EN 1499, która służy do (zgodnie z opisem normy)

badania produktów do higienicznego mycia rąk w obszarach i sytuacjach, gdzie wymagana jest ze względów medycznych także dezynfekcja: w szpitalach, w obszarze medycyny środowiskowej i gabinetach stomatologicznych.

3. dot. pak. 1, poz.3

Prosimy o dopuszczenie do oceny (oraz tym samym da możliwości wymiany wszystkich dozowników będących w posiadaniu Zamawiającego) zaawansowanego i nowoczesnego dozownika o nazwie handlowej NEXA (producent ECOLAB)? Dozownik NEXA, posiada wiele unikatowych cech: jest to system zamknięty bez dostępu powietrza co poprawia bezpieczeństwo użytkowania, redukuje ryzyko zakażenia krzyżowego; produkty w nim dozowane są konfekcjonowane w specjalnych, zasysających się butelkach, które zapewniają wykorzystanie produktu do końca (bez strat produktu) i zajmują mniej miejsca w pojemniku na odpady - maksymalne bezpieczeństwo i jednocześnie ochrona środowiska; dzięki unikatowemu rozwiązaniu, pompka wciąga namiar produktu z powrotem do środka, zapobiegając kapaniu, pompka jest wymieniana wraz z butelką, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa higienicznego; dozownik NEXA występuje aż w trzech wariantach: manualny, bezdotykowy-automatyczny oraz łokciowy, a bakteriostatyczny przycisk dozownika manualnego pokryty jest powłoką, która hamuje rozwój bakterii; dozownik ma możliwość regulacji i zmiany dozowania (opcja małej i dużej dozy); wersja automatyczna-bezdotykowa korzysta ze standardowych baterii, które łatwo wymienić, a dozownik nie wymaga instalacji elektrycznej do zasilania i cechuje się mniejszym zużycie baterii – energii wystarcza na 44% dłużej; łatwość montażu – możliwość wykorzystania istniejących otworów Waszych dozowników lub przyklejenia dozownika - wcześniej wspomniana wymiana wszystkich dozowników będących w posiadaniu Zamawiającego odbyłaby się na koszt oferenta bez konieczności dokonywania uciążliwego montażu polegający m.in. na wierceniu w ścianach otworów; Nexa to uniwersalny dozownik dozujący wszystkie typy dostępnych na rynku produktów: żeli, płynów i pianek; dostępna jest długa lista akcesoriów do dozownika, powodujących że korzystanie z dozownika jest jeszcze przyjemniejsze: tacki, materiały informacyjne o technice dezynfekcji i mycia rąk, wymienne przyciski i ramię dozownika łokciowego oraz profesjonalna stacja dozująca montowana często w wejściach do szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wszystkich cech produktu: **Wymogi ogólne:** Z tworzywa ABS i przezroczystą pokrywą zamykającą umożliwiającą identyfikację wkładu i ilość preparatu. Łokciowe ramię dozujące o długości min 14 cm od krawędzi, nie może posiadać przestrzeni trudnodostępnych. Dostosowany do woreczków jednorazowych z tworzywa sztucznego, bez opakowań papierowych, o poj. max 700 ml. Wymagane potwierdzenie producenta o kompatybilności dozownika z opakowaniem do preparatów z pozycji 1 i 2.

Wymogi dodatkowe: dla OAiT: możliwość stabilnego zawieszenia dozownika z preparatem na poręczy łóżka bez konieczności przykręcania go na stałe. Szerokość dozownika z zawartością preparatu maksymalnie 12 cm. dla karetek: montaż na ścianie, maksymalne wymiary dozownika wraz z opakowaniem preparatu: wysokość 19,5 cm, szerokość 12 cm, grubość 6 cm.,z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 5. (Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny dozownik Sterisol o precyzyjnych wymiarach 10 cm x 19,5 cm x 10,7 cm, szerokość x wysokość x głębokość.)

4. dot. zapisu o dozownikach w systemie zamkniętym:

Zamawiający pod tabelą zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarł zapis: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych podajników kompatybilnych z oferowanymi preparatami pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego i wymiany na własnych koszt wszystkich posiadanych przez Zamawiającego dozowników”. Prosimy o doprecyzowanie ilości dozowników, które posiada Zamawiający, które należałoby wymienić dla zastosowania:

- dozownik łokciowy - montowany na ścianie: szt.
- o dozownik klawiszowy (możliwa opcja do wyboru w przypadku dozownika NEXA) - montowany na ścianie np. w toaletach itd.: szt.

- dozownik łokciowy/klawiszowy (możliwa opcja do wyboru w przypadku dozownika NEXA) - montowany na poręczy łóżka: szt.
- dozownik łokciowy/klawiszowy (możliwa opcja do wyboru w przypadku dozownika NEXA) - montowany w karetkach: szt.
- dozownik bezdotykowy - montowany na ścianie: szt.

Odpowiedź:

- dozownik łokciowy - montowany na ścianie: 115 szt.
- dozownik łokciowy/klawiszowy (możliwa opcja do wyboru w przypadku dozownika NEXA) - montowany na poręczy łóżka: 10 szt.
- dozownik łokciowy/klawiszowy (możliwa opcja do wyboru w przypadku dozownika NEXA) - montowany w karetkach: 5 szt.

5. Dot. projektu umowy § 2 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie godzin dostarczenia przedmiotu umowy do godziny 14.00.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadzi zmianę do zapisów Zaproszenia do Projektu Umowy.

6. Dot. projektu umowy § 4 ust.10, 11,12,13,

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w §4 umowy poprzez wykreślenie ustępu 12 i 13 oraz modyfikację ustępu 10 w sposób następujący:

10. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca wyraża zgodę na realizację dostawy przez podmiot trzeci.. .

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dot. projektu umowy § 4 ust.10, 11,12,13,

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 4 ust.10, 11,12,13 umowy w sposób następujący:

10. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca wyraża zgodę na realizację dostawy przez podmiot trzeci.

11. Wartość wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 10 pomniejsza wartość zawartej umowy .

12. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy zakupiony w trybie wykonania zastępczego cenę wyższą niż wynika z załącznika nr 2 do umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego towaru z umowy

3. Wykonanie zastępcze wyklucza możliwości żądania przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 6.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Dot. projektu umowy § 4 ust. 13,

W związku z obowiązkiem Wykonawcy pokrycia różnicy pomiędzy umowną ceną asortymentu, a ceną asortymentu zakupionego przez Zamawiającego w ramach dokonania wykonania zastępczego, prosimy o usunięcie z §4 ust. 13 projektu umowy zapisu precyzującego uprawnienie Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę z tego samego tytułu dodatkowej kary umownej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dot. projektu umowy §6

Zwracamy się z prośbą o dodanie w § 6 umowy ustępu 6 i 7 o następującej treści:

6. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 .

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.6.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Dot. projektu umowy §6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w § 6 umowy poprzez dodanie ustępu 6 i 7 o następującej treści:

6. Strony postanawiają, że zapisy §6 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Dot. projektu umowy § 6 ust.5,

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w § 6 umowy poprzez wykreślenie z umowy ustępu 5.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dot. projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny dozownik Sterisol o precyzyjnych wymiarach 10 cm x 19,5 cm x 10,7 cm (szerokość x wysokość x głębokość)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w poz. 1 i 2 oczekuje preparatów konfekcjonowanych w worki wyposażone w specjalne zastawki uniemożliwiające dostanie się powietrza oraz bakterii do środka i gwarantujące czystość mikrobiologiczną przez cały okres użytkowania preparatu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i oczekuje preparatu w jednorazowych i hermetycznych opakowaniach... z zaworem dozującym zabezpieczającym przed bezpośrednim kontaktem z dłonią, gwarantujące czystość mikrobiologiczną przez cały czas używania.

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacji
Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Sól
Justyna Koszał

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7
REGON 970774733
NIP 925-17-23-350
www.szpital-nowasol.pl

KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. centrala 068 38 82 100
tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345
faks 068 387 78 51, 068 38 77 003
sekretariat@szpital-nowasol.pl