



MOTYLKOWE SZPITALE

DLA DZIECI

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W NOWEJ SOLI



FAIR PLAY

☎ CENTRALA (068) 38-82-100
☎ DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359
☎ GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA (068)38-82-358
☎ Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345
☎ GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351
☎ DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
☎ TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111 FAX 38 71 281

ADRES:
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

REGON 97074733

NIP 925-17-23-350
Nowa Sól dnia 12.02.2018r.

Znak sprawy: DZP-280-11/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Sukcesywne dostawy opakowań sterylizacyjnych, wskaźników chemicznych, biologicznych i akcesoriów do mycia i sterylizacji dla Centralnej Sterylizatorni, Bloku Operacyjnego i Laboratorium Bakteriologicznego oraz dostawa, montaż i uruchomienie rejestratora danych do posiadanego zestawu do diagnostyki pompy próżniowej sterylizatorów parowych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.) w związku z wpływieniem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

3. Zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie z pakietu nr I pozycji 12 do 27 i utworzenie z nich odrębnego pakietu np. Ia.

Ewentualna zgoda na powyższe pozwoli Zamawiającemu zwiększyć konkurencyjność postępowania, a co za tym idzie pozwoli uzyskać korzystniejszą cenę zamówienia.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pakiet I, poz. 12 - 27:

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe, w których papier ma gramaturę nominalną 60 g/m²?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Pakiet I, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści rękawy o szerokości 120 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawy jak w pytaniu.

6. Pakiet I, poz. 22:

Czy Zamawiający dopuści rękawy o wymiarach 100 x 40 /100?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawy jak w pytaniu.

7. Pakiet I, poz. 25:

Czy Zamawiający dopuści rękawy o wymiarach 250 x 60 /100?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawy jak w pytaniu.

8. Pakiet I, poz. 26:

Czy Zamawiający dopuści rękawy o wymiarach 300 x 60 /100?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawy jak w pytaniu.

9. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak, za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna zapisana w § 6 ust. 3 naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy i wynosiła 10 % tej wartości?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Z UD. 30. 4
Wielospecjalistyczny Szpital
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Krytyczny (1)

3 stron.
K. W. K.