



MOTYLKOWE SZPITALA

DLA DZIECI

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W NOWEJ SOLI



FAIR PLAY

☎ CENTRALA (068) 38-82-100
☎ DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359
☎ GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA (068)38-82-358
☎ Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345
☎ GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351
☎ DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
☎ TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111 FAX 38 71 281

ADRES:
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól
REGON 97074733
NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 05-03-2018r.

Znak sprawy: DZP-282-1-3/2018

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA PAKIET II

dotyczy: postępowanie przeprowadzonego na podstawie zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro, na przedmiotu zamówienia pn.: „**Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku filtrów, kaczek, basenów na potrzeby - Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli**”, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce „Zamówienia do 30 000 euro”).

I. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert złożonych na Pakiet II.

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu na Pakiet II zostały złożone dwie oferty przez :

- 1) Spółkę RowLAM Sp.z o.o z siedzibą w Kaliszu, ul. Przybrzeżna 17,
- 2) Spółkę POLMIL Sp. z o.oz siedzibą w Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 8.

W wyniku oceny złożony ofert Zamawiający stwierdza, iż zostały one złożone niezgodnie z zapisami treści załącznika nr 1 do Zaproszenia pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia”

1. Oferta Spółki POLMIL Sp. z o.o z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 8 podlega odrzuceniu, gdyż, jej treść nieodpowiada treści zapisom Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

W punktu 3 treści SOPZ Zamawiający wymagał „ Podstawkę plastikową pod basen głęboki wykonana z tworzywa z jonami srebra (Biomaster)- tworzącego powłokę antybakteryjną, lekka, mocna i trwała – wytrzymuje **obciążenie do 160kg**, o gładkiej powierzchni materiału. Pojemność 2500ml, wymiary – 370/310/90mm (+ /- 10mm). Wykonawca w złożonej ofercie **zaoferował obciążenie do 125 kg**. Tak więc oferta została złożona niezgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i podlega odrzuceniu.

2. Oferta Spółki RowLAM Sp.z o.o z siedzibą w Kaliszu, ul. Przybrzeżna 17 została złożona niezgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i podlega odrzuceniu.

W punktu 3 treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał „Podstawkę plastikową pod basen głęboki wykonana z tworzywa z jonami srebra (Biomaster)- tworzącego powłokę antybakteryjną, lekka, mocna i trwała – wytrzymałe obciążenie do 160kg, o gładkiej powierzchni materiału. Pojemność 2500ml, wymiary – 370/310/90mm (+/-10mm).Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów tj. przesłania folderów, ulotek dot. pozycji nr 3 w Pakiecie II. W wyniku oceny złożonych dokumentów zamawiający stwierdził, iż Wykonawca zaoferował podstawkę, o której mowa wyżej z obciążeniem do 150 kg, a nie jak wymagał Zamawiający do 160 kg.

Mając powyższe na uwadze powyższa oferta została złożona niezgodnie z zapisami treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu zamówienia i podlega odrzuceniu.

II. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Pakiet II.

Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w części Pakietu II ze względu na to, iż złożone oferty odrzucono i brak jest ofert, które nie podlegają odrzuceniu.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

UWAGA

Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Pakiecie II zostanie ogłoszone ponowne postępowanie, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce „Zamówienia do 30 000 euro”).

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI DROWOTNEJ w Nowej Soli
Bożena Osińska