



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWEJ SOLI**

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”

Nowa Sól, dnia 13.10.2020r.

Znak sprawy : DZP-280-50/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

1. Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści:

Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytką tytanową połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. Zbiegi rewizyjne: rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytką tytanową połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pakiet 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści:

Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 6-11mm, długość 20-35mm co 5mm, zakres odpowiednio dla średnicy.

Zamiennie Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe śruby interferencyjne PEEK, średnica 7-10mm, długość 20-25mm

Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe śruby interferencyjne PEEK, średnica 8-12mm, długość 30mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Pakiet 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści:

Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr.1,6mm. Kąty zagięcia igieł : 0, 14'.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pakiet 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści: Prowadnica nitinolowa do śrub 1.1mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7
REGON 970774733
NIP 925-17-23-350
www.szpital-nowasol.pl

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Nowej Soli

Justyna Koszał

tel. centrala 068 38 82 100
tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345
faks 068 387 78 51, 068 38 77 003
sekretariat@szpital-nowasol.pl

szp 10/