



MOTYLKOWE SZPITALA

DLA DZIECI

# WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W NOWEJ SOLI



FAIR PLAY

☎ CENTRALA (068) 38-82-100  
☎ DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359  
☎ GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA (068)38-82-358  
☎ Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345  
☎ GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351  
☎ DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
☎ TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111 FAX 38 71 281

ADRES:  
ul. Chałubińskiego 7  
67-100 Nowa Sól

REGON 97074733

NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 14.01.2019r.

Znak sprawy: DZP-280-1/2019

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Sukcesywna dostawa: sprzętu jednorazowego, płynów substytucyjnych do aparatów MultiFiltrate CiCa, MultiFiltrate Pro, igieł do blokad nerwów, zestawów i czujników do pomiarów hemodynamicznych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli**”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odp. Tak, Zamawiający wydzieli pozycję 5 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji. Zamawiający wprowadzi zmianę do SIWZ.**

2. Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR o długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm i 14 FR o długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza cewników jak w pytaniu. Zamawiający wymaga cewników silikonowych, na cewniki poliuretanowe Zamawiający realizuje odrębne postępowanie i umowę. Ponadto, Zamawiający odsyła Wykonawcę do zapisów SIWZ : dział XVI, pkt 4 (str 7).

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp. Tak, Zamawiający wydzieli pozycję 4 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji. Zamawiający wprowadzi zmianę do SIWZ.

**4. Pakiet nr 2, pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12Fr lub 14FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonej prowadnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza cewników jak w pytaniu. Zamawiający wymaga cewników silikonowych, na cewniki poliuretanowe Zamawiający realizuje odrębne postępowanie i umowę. Ponadto, Zamawiający odsyła do zapisów SIWZ : dział XVI, pkt 4 (str 7).

**5. Pakiet nr 2, pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr lub 14Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewodnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza cewników jak w pytaniu. Zamawiający wymaga cewników silikonowych, na cewniki poliuretanowe Zamawiający realizuje odrębne postępowanie i umowę. Ponadto, Zamawiający odsyła do zapisów SIWZ : dział XVI, pkt 4 (str 7).

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Odp. Tak, Zamawiający wydzieli pozycję 4 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji. Zamawiający wprowadzi zmianę do SIWZ.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Odp. Tak, Zamawiający wydzieli pozycję 5 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji. Zamawiający wprowadzi zmianę do SIWZ.

8. pozycja nr 1 **Cewnik Swan Ganz'a wraz z introducerem**. Czy Zamawiający zgodzi się rozdzielić pozycję nr 1 na trzy oddzielne pozycje, zwracając również uwagę na sposób pakowania poszczególnych asortymentów?

Pozycja nr 1: **Cewnik Swana Ganz'a** w rozmiarze 7F/110 cm czteroświatłowy, trwale wyprofilowany w "J" ,w opakowaniu ze strzykawką 3cm<sup>3</sup>- Cewnik wykonany z materiału nietrombogenicznego i apyrogennego. Cewnik posiadający znaczniki głębokości co 10cm, zawór do wypełniania balonika obsługiwany jedną ręką. OPAKOWANIE PO 5 szt

Pozycja nr 2 : **Introducer** w rozmiarze 8F, kompatybilny z cewnikiem, wyprodukowany przez producenta cewnika. Zestaw wprowadzający musi posiadać następujące elementy: introducer zaopatrzony w port boczny, samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator (typu Touhy-Borst) zapobiegający przemieszczeniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości, rozszerzadło (dylatator), osłonkę dekontaminacyjną, igłę cienkościenną lub kaniulę przewodniczący, lider ułatwiający wprowadzenie 0,9x450mm, kranik trójdrożny. OPAKOWANIE PO 10 szt

Pozycja nr 3. Osłona przepływowa iniektatu Co-Set do cewników Swan-Ganz. OPAKOWANIE PO 8 szt

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie pozycji jak w pytaniu. Proponowane rozdzielenie jest niekorzystne dla Zamawiającego pod względem ilościowym.

**Powyższe wyjaśnienie jest integralną częścią SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.**

  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych  
Wielospecjalistycznego Szpitala  
SP ZOZ w Nowej Soli

Justyna Koszał

3 pom.  
Klubow.