



MOTYLKOWE SZPITALE

DLA DZIECI

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W NOWEJ SOLI



FAIR PLAY

☎ CENTRALA (068) 38-82-100
☎ DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359
☎ GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA (068)38-82-358
☎ Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345
☎ GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351
☎ DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
☎ TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111 FAX 38 71 281

ADRES:
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

REGON 97074733

NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 14.11.2018r. .


Znak sprawy: DZP – 282 – 35/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT


Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.poz. 1579 z późn.zm.) pn.: „**Sukcesywna dostawa akcesoriów (filtrów, worków, pułapki wodnej, nakłuwaczy, zestawów do transportu amputowanych kończyn) na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli**”.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 2 „Automatyczne nakłuwacze do pobierania krwi przy badaniu poziomu cukru o głębokości nakłucia 1,8mm” dopuści jednorazowe lancety o głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G, które umożliwiają pobranie próbki krwi z opuszki palca pacjenta lub z pięty noworodka? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę, a grubość igły 0.36 mm (28G) uzyskanie niezbędnej wielkość krwi przy zachowaniu minimalnej bolesności. Wszechstronne zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.



Nowy i zużyty lancet




Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwacza 21Gx1,8mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Nowej Soli
Justyna Koszał