



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W NOWEJ SOLI**

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”

Znak pisma: DZP-282-9/2021

Nowa Sól, 18.10.2021r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 PLN na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „**Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników na potrzeby Szpitalnego Zakładu Patomorfologii WS SP ZOZ Nowa Sól**”

**1. Dotyczy pakietu 4, poz. 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kasetek biopsyjnych do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z przykrywką z łamanym wieczkiem bez zawiasu, otwory kwadratowe o wymiarach 1 x 1 mm, 208 otworów w podstawie kasetki i 224 otwory w przykrywce. Skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiadająca fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**2. Dotyczy pakietu 4, poz. 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kasetek histopatologicznych do bardzo drobnych wycinków ze sprężystym zamknięciem, otwory o wym. 0,35mm, 432 otworki w pokrywie oraz 508 otworków w podstawie kasetki, z wewnętrzną komorą oddzieloną od pozostałej części kasetki, poza komorą 10 dodatkowych kwadratowych otworów 1x2 mm w podstawie i przykrywce kasetki zapewniające swobodny przepływ odczynników.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**3. Dotyczy pakietu 4, poz. 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kasetek histopatologicznych standardowych bez przykrywek, 44 otwory o kształcie ściętych rogów w kwadracie o zbliżonym wymiarze 2 x 2 mm (typ kasetki heksagonalny tzw. „plaster miodu”) zapewniające doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego, otwór mocujący przykrywkę o wym. 12,5 mm, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego standardowymi, metalowymi wieczkami; skośna powierzchnia przedniej części kasetki z fakturą pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania dowolną techniką, kolor biały, opakowanie 1000 sztuk.

Z-ca DYREKTORA  
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych  
Wielospecjalistycznego Szpitala  
SP ZOZ w Nowej Soli

Justyna Koszał



KASETKI TYPU „PLASTER MIODU” (KASETKA O KSZTAŁCIE HEKSAGONALNYM)




KASETKI TYPU „PLASTER MIODU” – na zdjęciach kilkukrotnie powiększone - (KASETKA O KSZTAŁCIE HEKSAGONALNYM) zapewniające doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### 4. Dotyczy pakietu 4, poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kasetek histopatologicznych do bardzo drobnych wycinków ze sprężystym zamknięciem, otwory o wym. 0,35 mm, z wewnętrzną komorą oddzieloną od pozostałej części kasetki, 432 otworki w pokrywie oraz 508 otworków w podstawie kasetki, z wewnętrzną komorą oddzieloną od pozostałej części kasetki, poza komorą 8 dodatkowych kwadratowych otworów w podstawie kasetki i 8 dodatkowych otworów w przykrywce kasetki o wymiarach 2x6 mm każdy, zapewniające swobodny przepływ odczynników.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Z-ca DYREKTORA  
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych  
Wielospecjalistycznego Szpitala  
SP ZOZ w Nowej Soli

*Justyna Koszał*