



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W NOWEJ SOLI**

*„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”*

Nowa Sól, dnia 24.11.2020r.

Znak sprawy: DZP-282-16/2020

**WYJAŚNIENIA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn.: „**Sukcesywna dostawa sprzętu specjalistycznego (akcesoria do aparatów KTG, amniocot,, balon Bakriego, paski wskaźnikowe do pomiaru pH pochwy, test diagnostyczny służący do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, jednodniowy zestaw do laktatora , jednorazowe butelki do laktatora)**”.

**1. Pakiet nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oferowania głowice TOCO kompatybilne z aparatem Edan o zakresie 0-100% (przy czym nacisk 135g odpowiada 100%)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Z-ca DYREKTORA  
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych  
Wielospecjalistycznego Szpitala  
SP ZOZ w Nowej Soli

*Justyna Koszał*