



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWEJ SOLI**

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”

Nowa Sól, dnia 07.09.2020r.

Znak sprawy : DZP-280-43/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

1. Pakiet 6 Pozycja 7

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii, lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: SW BD 30-09

2. Pakiet 6 Pozycja 8

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o rodzajach złączek.

Odpowiedź: Złączka metalowa damsko-męska

3. Pakiet 6 Pozycja 9

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o rodzajach złączek.

Odpowiedź: Złączka plastikowa z gumowym oringiem.

4. Pakiet 6 Pozycja 10

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: M-10

5. Pakiet 6 Pozycja 11

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: M-15

6. Pakiet 6 Pozycja 12

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: M-02

7. Pakiet 6 Pozycja 13

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla EKG.

Odpowiedź: KA3/1-76C/L-270-31C

8. Pakiet 6 Pozycja 15

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla EKG.

Odpowiedź: EA010C5A

9. Pakiet 6 Pozycja 17

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii, lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

Odpowiedź: GDB9 W-23/L220

10. Pakiet 6 Pozycja 19

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii, lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: SWBD 30-09

11. Pakiet 6 Pozycja 20

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii, lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: DK-G-41-40/L220, SWBD11-91

12. Pakiet 6 Pozycja 21

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla EKG.

Odpowiedź: AA 2385

13. Pakiet 6 Pozycja 22

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu EKG.

Odpowiedź: AAB-90-S i AA3-90P

14. Pakiet 6 Pozycja 23

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o rodzajach złączy.

Odpowiedź: Złączka metalowa damsko – męska

15. Pakiet 6 Pozycja 24

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu powietrznego.

Odpowiedź: MLSA-16-25 / MLSA 40-15, MLDA-22-17/18

16. Pakiet 6 Pozycje 1,2,3,4,5

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 6, wydzieli pozycje 1,2,3,4,5 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Pytanie 17

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak

18. Pytanie 1 do PAKIETU 10

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści jednorazowe końcówki ultradźwiękowe do chirurgii laparoskopowej o długości ramienia 34,9cm, średnica ramienia 5mm, ramię obrotowe 200 stopni, posiadające aktywację ręczną, urządzenie posiadające dwa przyciski - aktywujący oraz przełączenie trybu mocy między max i min; możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, urządzenie współpracuje z przetwornikiem ES4-400CT oraz generatorem Lotus LG4?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

19. Pytanie 2 do PAKIETU 10

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści tytanowy transducer - zakres częstotliwości 36kHz Współpracujący z generatorem Lotus G4 i wyżej opisanymi końcówkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

20. Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pak. I w poz 2 gazę hemostatyczną z utlenionej, regenerowanej celulozy o rozmiarze 5,1 cm x 10,2 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

21. Pakiet II

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pak. II w poz 2 gazę hemostatyczną z utlenionej, regenerowanej celulozy o rozmiarze 5,1 cm x 10,2 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

22. Pakiet I, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na materiał hemostatyczny równoważny pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanego materiału hemostatycznego, w rozmiarze 5x7cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

23. Pakiet I, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na materiał hemostatyczny równoważny pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem

treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanego materiału hemostatycznego, tj.: o zawartości grupy karboksylowej 16-24% i poziomie pH 2,2-4,5(per analogia do parametrów wskazanych w pozycji nr 1), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

24. Pakiet II, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na materiał hemostatyczny równoważny pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanego materiału hemostatycznego, tj.: o zawartości grupy karboksylowej 16-24% i poziomie pH 2,2-4,5(per analogia do parametrów wskazanych w pozycji nr 1 Pakietu nr I), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

25. Pakiet II, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na wosk kostny równoważny pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanego wosku kostnego, tj. wosk kostny w sztabkach a 2,95g, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

26. Pakiet III, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na siatkę polipropylenową do naprawy ubytków powięzi jamy brzusznej równoważną pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanej zapisami SIWZ siatki, tj.: siatka o grubości 0,48mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

27. Pakiet III, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na siatkę polipropylenową do naprawy ubytków powięzi jamy brzusznej równoważną pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanej zapisami SIWZ siatki, tj.: siatka o grubości 0,48mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

28. Pakiet III, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na siatkę polipropylenową do naprawy ubytków powięzi jamy brzusznej równoważną pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanej zapisami SIWZ siatki, tj.: siatka o grubości 0,48mm, w rozmiarze 5cm x 10cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

29. Pakiet III, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na siatkę polipropylenową do naprawy ubytków powięzi jamy brzusznej równoważną pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanej zapisami SIWZ siatki, tj.: siatka o grubości 0,48mm, w rozmiarze 6cm x 12,5cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

30. Pakiet III, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na siatkę polipropylenową do naprawy ubytków powięzi jamy brzusznej równoważną pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanej zapisami SIWZ siatki, tj.: siatka o grubości 0,48mm, w rozmiarze 6cm x 14cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

31. Pakiet III, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na siatkę polipropylenową do naprawy ubytków powięzi jamy brzusznej równoważną pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla siatki opisanej z użyciem określeń charakterystycznych tylko i wyłącznie dla wyrobu o nazwie handlowej Vypro II firmy Ethicon (Johnson&Johnson), tj.: siatka polipropylenowa niewchłaniałna (bez komponentu wchłaniałnego z poliglaktyny), o wadze 36g/m², w rozmiarze 6cm x 14cm, z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie siatki, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Pakiet III, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na siatkę polipropylenową do naprawy ubytków powięzi jamy brzusznej równoważną pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla siatki opisanej z użyciem określeń charakterystycznych tylko i wyłącznie dla wyrobu o nazwie handlowej Vypro II firmy Ethicon (Johnson&Johnson), tj.: siatka polipropylenowa niewchłaniałna (bez komponentu wchłaniałnego z poliglaktyny), o wadze 36g/m², w rozmiarze 5cm x 10cm, z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie siatki, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Pakiet V, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na siatkę polipropylenową do naprawy ubytków powięzi jamy brzusznej równoważną pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla siatki opisanej z użyciem określeń charakterystycznych tylko i wyłącznie

dla wyrobu o nazwie handlowej Parietene firmy Medtronic, tj.: siatka o gramaturze 60g/m², o wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53mm, w rozmiarze 10cm x 5cm, z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę i ułatwiającymi jej ukierunkowanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Pakiet V, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na siatkę polipropylenową do naprawy ubytków powięzi jamy brzusznej równoważną pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla siatki opisanej z użyciem określeń charakterystycznych tylko i wyłącznie dla wyrobu o nazwie handlowej Parietene firmy Medtronic, tj.: siatka o gramaturze 60g/m², o wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53mm, w rozmiarze 14cm x 6cm, z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę i ułatwiającymi jej ukierunkowanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Pakiet V, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na siatkę polipropylenową do naprawy ubytków powięzi jamy brzusznej równoważną pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla siatki opisanej z użyciem określeń charakterystycznych tylko i wyłącznie dla wyrobu o nazwie handlowej Parietene firmy Medtronic, tj.: tj.: siatka o gramaturze 60g/m², o wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53mm, z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę i ułatwiającymi jej ukierunkowanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

36. Pakiet V, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na siatkę polipropylenową do naprawy ubytków powięzi jamy brzusznej równoważną pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla siatki opisanej z użyciem określeń charakterystycznych tylko i wyłącznie dla wyrobu o nazwie handlowej Parietene firmy Medtronic, tj.: siatka o gramaturze 60g/m², o wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53mm, z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę i ułatwiającymi jej ukierunkowanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

37. Pakiet V, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej pozycji na siatkę polipropylenową do naprawy ubytków powięzi jamy brzusznej równoważną pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale IX o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla siatki opisanej z użyciem określeń charakterystycznych tylko i wyłącznie dla wyrobu o nazwie handlowej Versatex firmy Medtronic, tj.: siatka o strukturze płaskiej, o gramaturze 48g/m², o wielkości porów 3,6mm x 2,8mm, grubości 0,55mm, z niebieskimi pasami ułatwiającymi jej

pozycjonowanie (parametr równoważny vs opisany zielony poliestrowy znacznik kierunkowy), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

38. Pakiet VIII, pozycja 1

Czy Zamawiający w **pozycji 1**, w związku ze zmianą u producenta, zgodzi się na dopuszczenie filtrów z liniami o długości około 3 cm po obu stronach filtra? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

39. Pakiet VIII, pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie **pozycji 1** do odrębnego pakietu? Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej cenowo i jakościowo na wydzielony asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Pakiet VIII, pozycja 2

Czy Zamawiający w **pozycji 2**, w związku ze zmianą u producenta, zgodzi się na dopuszczenie filtrów z liniami o długości około 3 cm po obu stronach filtra? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

41. Pakiet VIII, pozycja 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie **pozycji 2** do odrębnego pakietu? Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej cenowo i jakościowo na wydzielony asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Pakiet VI pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

43. Pakiet VI pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „zabezpieczony osłonką plastikową na czas transportu”? Opakowanie folia-papier w pełni zabezpiecza pompowany mankiet.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

44. Pakiet VI pozycja 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Pakietu VI i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Pakiet VI pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści długość 125mm śr. 32mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

46. Pakiet VI pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści długość 160mm śr. 29mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

47. Pakiet VI pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści średnicę światłowodu około 5mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

48. Pakiet VI pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści wiązkę światłowodową +/- 1cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

49. Pakiet VI pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści wysokość łyżek +/- 1cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

50. Pakiet VI pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2 – dł. 105mm, 3 – dł. 130mm, 4 – dł. 155mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

51. Pakiet VI pozycja 26-29

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 26-29 z Pakietu VI i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

52. Pakiet VII pozycja 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Pakietu VII i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Pakiet VII pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodnic w 3 poniższych rozmiarach:

- 2.0 – 275mm;

- 3.3 – 340mm;

- 4.7 – 340mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

54. Pakiet VII pozycja 4

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 4 z Pakietu VII i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

55. Pakiet VII pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

56. Pakiet VIII pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Obudowa barwna, kolor inny niż dla pozycji nr 1”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

57. Pakiet VIII pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-2 z Pakietu VIII i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. Pakiet VIII pozycja 9

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 9 z Pakietu VIII i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. Pakiet VIII pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1,5L?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

60. Pakiet VIII pozycja 10

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 10 z Pakietu VIII i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

61. Pakiet VIII pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kołderkę o wymiarach 110cm x 220cm, wykonana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej oraz z wypełnieniem poliestrowym, kolor niebiesko-zielony, efekt izolacji ciepła, delikatna dla skóry, Szyta ultradźwiękowo?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

62. Pakiet VIII pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową wykonaną z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankieta i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

63. Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który

nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: TAK

64. Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o czasie wchłaniania 1 miesiąca, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

65. Pakiet III, pozycja 1-3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1-3 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

66. Pakiet III, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową o wadze 70 g/m², grubości 0,60 mm i wielkości porów 1,2-1,4 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

67. PAKIET VI

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu VI pozycje nr 1,2,3,4,25,26,27,28,29,30,,33 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. PAKIET VI pozycja 5

Prosimy o podanie modelu monitora używanego przez Zamawiającego

Odpowiedź: MINDRAY BENEVIEW T5, T8, OHMEDA DATEY S/5, DRAGER INFINITY, MINDRAY PM - 9000

69. PAKIET VI pozycja 7

Prosimy o podanie numer katalogowy używanego obecnie kardiomonitora lub ref.

Odpowiedź: OHMEDA DATEY S/5


70. PAKIET VI pozycja 8,9

Prosimy o wskazanie, który z konektorów pokazanych na zdjęciach poglądowych jest używany przez Zamawiającego

Odpowiedź: Pozycja B

A).





71. PAKIET VI pozycja 10

Prosimy o podanie numeru katalogowego używanego czujnika tlenu

Odpowiedź: M-10

72. PAKIET VI pozycja poz. 11

Prosimy o podanie numeru katalogowego używanego czujnika tlenu

Odpowiedź: M-15

73. PAKIET VI pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści przewód ekg typu VS. 3-odprowadzeniowy zakończony klamrami lub zatraskami o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

74. PAKIET VI pozycja 15

Prosimy o podanie koloru wtyczki

Odpowiedź: Kolor szary.

75. PAKIET VI pozycja 17

Prosimy o podanie numeru katalogowego/ref. przewodu połączeniowego spo2 używanego przez Zamawiającego

Odpowiedź: GDB9W-23/L220

76. PAKIET VI pozycja 23

Prosimy o wskazanie na zdjęciu który z konektorów Zamawiający używa:

A)



B)



Odpowiedź: Pozycja B

77. PAKIET VI pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści przewód powietrzny do bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi dł. 3 m?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

78. Pakiet 7 pozycja 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie do osobnego pakietu poz. 1-2 co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert.

Czy Zamawiający wymaga aby były bez ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

79. Pakiet 8 pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 9 do osobnego pakietu co zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

80. Pakiet nr 6 pozycja 1, 2,3, 5, 25, 26, 27, 28, 29:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji 1, 2, 3, 5, 25, 26, 27, 28, 29 co umożliwi złożenie większej liczbie Wykonawców oferty cenowej a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

81. Pakiet nr 6 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski krtaniowej w rozmiarach od 1 noworodek, 1 ½ niemowlę, 2 niemowlę/dziecko, 2 ½ dziecko, 3 dziecko/młodzież, 4 osoba dorosła, 5 osoba dorosła, 6 osoba dorosła? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

82. Pakiet nr 6 pozycja 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękojeści zgodnej z normą ISO 7376 o średnicy 32mm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

83. Pakiet nr 6 pozycja 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękojeści zgodnej z normą ISO 7376 o średnicy 28mm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

84. Pakiet nr 6 pozycja 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżek z światłowodem o średnicy 4mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

85. Pakiet nr 6 pozycja 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżek o następujących parametrach :

- ruchoma łyżka ze zintegrowanym światłowodem,
- zaginana końcówka,
- bardzo dobre oświetlenie, dzięki dużej ilości włókien światłowodowych - szczególnie w połączeniu ze światłem ksenonowym i LED,

- nowy kształt łyżki ułatwia intubację: dobra widoczność krtani oraz strun głosowych, zredukowany nacisk w obszarze gardła, zminimalizowane ryzyko zranienia pacjenta,
- dostępne w rozmiarze 3 lub 4.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

86. Pakiet nr 7 pozycja 1, 2, 3,:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 7 poz. 1,2,3 co umożliwi złożenie większej licznie Wykonawców oferty cenowej a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

87. Pakiet nr 7 pozycja 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników w uniwersalnym standardowym rozmiarze dla noworodków, dzieci oraz dorosłych ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

88. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr IV poz.1:

Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, nie przylegającą z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, miękką, niewchłaniającą, 2 – warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylen (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55mm, porowatość max 1230um, gramatura średnia 108g/m², z oznaczeniem strony implantacji w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

89. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr IV poz. 1:

Siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową o dwukierunkowej elastyczności, o grubości 0,40 mm, gramaturze 48,8 g/ m², porowatości średniej 1800 qm, 5 etykiet samoprzylepnych dla każdej sztuki, bez niebieskich pasów, w rozmiarze zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

90. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek niesterylnych w razie wezwania celem weryfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

91. Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak

92. Pakiet VI poz. 13

Prosimy o podanie numeru katalogowego używanego przez Zamawiającego kabla głównego 5 odpr.

Odpowiedź: KA 3/1-76-C/L-270-31C

93. Pakiet VI poz. 14

Czy Zamawiający dopuści przewód ekg typu VS. 3-odprowadzeniowy zakończony klamrami lub zatraskami o długości 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

94. Pakiet VI poz. 15

Prosimy o podanie kształtu wtyczki jaki używany jest przez Zamawiającego w kablu 3 odprowadzeniowym rozłącznym do kardiomonitora DatexOhmeda - okrągły czy prostokątny?

Odpowiedź: Wejście do monitora – wtyczka okrągła, łącznik na kablu – prostokątny.

95. Pakiet VI poz. 19

Prosimy o podanie kształtu wtyczki używanego przez Zamawiającego do czujnika SpO2.

Odpowiedź: Kształt wtyczki okrągły.

96. Pakiet VI poz. 24

Prosimy o dopuszczenie do kardiomonitora DatexOhmeda przewodu o długości 3,0 m, przewodu do monitora Drager dł. 3.7 m i o dopuszczenie do monitora HP Omnicare przewodu o długości 3,0 m.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

97. 1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o zastrzeżeniach dotyczących zamówionego przedmiotu umowy” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

98. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 3:

3. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy:

1) w wysokości **10%** niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

2) w wysokości 0,1% **wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy** za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 2 umowy, lecz łącznie nie mniej niż 100 zł brutto **oraz nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy**;

3) w wysokości 0,1 % **wartości brutto wadliwego asortymentu** za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego asortymentu wolnego od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6 i 9 umowy, lecz łącznie nie mniej niż 100 zł brutto **oraz nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego asortymentu**.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

99. Pytanie nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet X - Ad.pkt 3

Czy zamawiający dopuści końcówkę ultradźwiękową do chirurgii laparoskopowej o długości ramienia **35 cm**, średnicy 5mm, ramię obrotowe 360 stopni, posiadające aktywację ręczną, urządzenie posiadające dwa przyciski do aktywacji trybu max, var. urządzenie współpracujące z dedykowanym przetwornikiem ultradźwiękowym i generatorem USG-400 oraz USG-410, marki Olympus?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

100. Pytanie nr 2 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet X - Ad. pkt 4

Czy Zamawiający dopuści przetwornik zaopatrzony w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 47 kHz współpracujący z generatorami USG-400 i USG410 marki Olympus i opisanymi w pkt 3 końcówkami ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

101. Pytanie nr 3 dotyczące zapisów SIWZ i ogłoszenia:

Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?

W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

102. Pytanie nr 4 dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) paragraf 2 ustęp 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu z 2 dni roboczych na 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

103. Pytanie nr 5 dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) paragraf 4 ustęp 16:

Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może wystawiać i wysłać również faktury w sposób tradycyjny tj. Faktury papierowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

104. Pytanie nr 6 dotyczące zapisów umowy załącznik nr 6 do SIWZ) paragraf 6 ustęp 3 podpunkt 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisu „lecz łącznie nie mniej niż 100 zł brutto” Wykonawca jest obciążony karą wyrażoną procentowo przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

105. Pytanie nr 7 dotyczące zapisów umowy załącznik nr 6 do SIWZ) paragraf 6 ustęp 3 podpunkt 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisu „lecz łącznie nie mniej niż 100 zł brutto” Wykonawca jest obciążony karą wyrażoną procentowo przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

106. Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wchłaniający jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mającym zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego – udokumentowane jako dowód: propsektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód – poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h – eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

107. Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wchłaniały jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego – udokumentowane jako dowód: propsektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód – poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h – eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5 cm x 5,1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

108. Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wchłaniały, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynięcia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach – szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 7 x 5 x 1 cm.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

109. Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wchłaniały jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego – udokumentowane jako dowód: propsektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód – poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h – eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5 cm x 5,1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie informuje, że pozycja ta znajduje się w pakiecie I w pozycji 2.

110. Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści воск kostny składający się z białego wosku pszczelego 72,45%, wosku parafinowego 15,05% oraz palmitynianu izopropylu 12,50%, pakowany w sztabki 2,5 g po 12 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

111. Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wchłaniały, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynięcia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach granicznych – szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 1 x 1 x 1 cm.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

112. Pakiet 1 poz. 1,2 oraz pakiet 2 poz. 2

Biorąc pod uwagę zapis SIWZ: „hamujący rozwój MRSA, MRSE, PRSP, VRE,” – czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 1,2, oraz pakiecie 2 pozycja 2- ma na myśli i wymaga materiału hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej regenerowanej celulozy posiadającym działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie informuje, że pozycja ta znajduje się w pakiecie I w pozycji 2.

113. Pakiet 1 poz. 1,2 oraz pakiet 2 poz. 2

Biorąc pod uwagę zapis SIWZ: „hamujący rozwój MRSA, MRSE, PRSP, VRE,” – Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 1,2, oraz pakiecie 2 pozycja 2- wymaga materiału hemostatycznego, którego w/w działanie potwierdzone jest w ekspertyzach laboratoryjnych producenta bez potwierdzenia w obiektywnych badaniach klinicznych i vivo i in vitro?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie informuje, że pozycja ta znajduje się w pakiecie I w pozycji 2.

114. Pakiet 10 poz. 1

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 10 Pozycja nr 1 są pakowane przez wytwórcę po 6 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

115. Czy Zamawiający dopuści wyroby w opakowaniach handlowych i jednostkowych z oznakowaniem w języku angielskim oraz z uniwersalnymi piktogramami wskazującymi na parametry danych produktów, a także z załączoną do opakowania handlowego pełną instrukcją użytkownika w języku polskim, zawierającą wszelkie wymagane informacje?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

116. Dotyczy pakietu nr. 3 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki polipropylenowej do naprawy ubytków powięzi jamy brzusznej, niewchłanialnej, bezbarwnej, zrobionej z włókien polipropylenowych o wadze 45g/m², grubości siatki 0,34 mm, wielkości porów 0,8mm – 1,0mm. Z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

117. Pyt. 2 Dotyczy pakietu nr. 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie częściowo wchłanialnej, siatki o wielkości porów 2 mm, kompozyt: 60 % wchłanialnego poliglekaprону-25 (absorbpcja od 90 do 120 dni) i 40% polipropylenu,

gramatura siatki po pełnej absorbcji – 30 g/m². do zastosowania przy wzmacnianiu i długotrwałej stabilizacji powięzi do zabiegów otwartych i laparoskopowych plastyki przepukliny. Rozmiar 6 x 11.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

118. Dotyczy pakietu nr. 3 poz. 1,2

Ze względu na wysokie koszty a małą przewidzianą ilość zamawianego towaru, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie w pozycjach 1 i 2 od konieczności złożenia próbek wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

119. Dotyczy pakietu nr. 3 poz.4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość dostarczenia wraz z ofertą w pakiecie nr. 3 w pozycji nr. 4 próbki w rozmiarze 7,6 x15cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

120. Dotyczy pakietu nr. 3 i 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie po 1 szt. z wymaganych próbek tylko w pozycjach w których prognozowana ilość do zamówienia przekracza 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

121. Dotyczy pakietu nr. 4 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie siatki kompozytowej separującej o podwójnej warstwie, częściowo wchłaniającej (polipropylen+polilactyd-kaprolakton-PP/PI/C, wielkość porów 1,8-2 mm, waga 185g przed absorbcją, 40g po absorbcji. Grubość przed absorbcją do 0,6mm, po absorbcji 0,5mm Rozmiar 20 x 25cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

122. Dotyczy pakietu nr. 4 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie siatki chirurgicznej do operacyjnego leczenia, niewchłaniającej, bez niebieskich pasów, dzianej z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylnej o gramaturze 55 g/m², grubości 0,60mm i wielkości porów 2,3mm x 1,5mm z min. 4 etykietami samoprzylepnymi dla każdej sztuki siatki. Rozmiar 30 x 30cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

123. Dotyczy pakietu nr. 5 poz.1, 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie siatki chirurgicznej z polipropylenu monofilamentowego, makroporowej o gramaturze 55 g/m², wielkość porów 2,3mm x 1,5mm, grubość siatki 0,6 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

124. Dotyczy pakietu nr. 5 poz. 2Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie siatki chirurgicznej z polipropylenu monofilamentowego, makroporowej o gramaturze 55 g/m², wielkość porów 2,3mm x 1,5mm, grubość siatki 0,6 mm w rozmiarze 15 x 7,6cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

125. Dotyczy pakietu nr. 5 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie siatki chirurgicznej do

plastyki przepuklin, wykonana z monofilamentowego poliestru o strukturze trójwymiarowej. Rozmiar porów 1,59 x 1,41mm, gramatura siatki 120 g/m², grubość siatki 1,14 mm o porowatej strukturze i doskonałej wielokierunkowej elastyczności. Rozmiar 15 x 10cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

126. Dotyczy pakietu nr. 5 poz. 2, 3

Ze względu na wysokie koszty a małą przewidzianą ilość zamawianego towaru, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie w pozycjach 2 i 3 od konieczności złożenia próbek wraz z ofertą. Próbką dostarczona w pozycji nr. 1 daje Zamawiającemu możliwość ocenienia jakości zaoferowanego towaru z pozycjach 2 i 3.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

127. Dotyczy pakietu nr. 5 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość dostarczenia w pozycji nr. 4 jednej z dwóch wymaganych próbek. Prośbę swoją motywujemy małą ilością (5 szt.) przewidzianą do zamówienia podczas trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

128. Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wchłaniający, jałowy hemostatyczny powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynięcia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach – szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 7 x 5 x 0,1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe zmiany są integralną częścią SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę z ich uwzględnieniem.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Nowej Soli

Justyna Koszał

105