



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWEJ SOLI**

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”

Nowa Sól dnia 18.05.2020 r.

Znak pisma: DZP-280-25/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sukcesywne dostawy jednorazowego cyfrowego ureterorenoskopu giętkiego wraz z kompatybilną stacją roboczą oraz sprzętu urologicznego na potrzeby WS SP ZOZ**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2019r., poz. 1843) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pakiet 2 poz.1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci zestawu do szynowania moczowodów 4,8 Fr, 26, 28 cm otwarty-otwarty lub otwarty-zamknięty, skład zestawu: cewnik pigtail skalowany co 1 cm podwójnie zagięty otwarty-otwarty lub otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej co 2 cm, z przewodnikiem 0,035" o dł. 150 cm, popychacz dł. co najmniej 50 cm, system blokujący, możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy, zestaw jednorazowy, pakowany łącznie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawu pre-connected – z cewnikiem fabrycznie połączonym z popychaczem gotowym do użycia, z cewnikiem połączonym z popychaczem nawet po usunięciu przewodnicy?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 2 poz.2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

Odp. Nie, zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu

Pakiet 2 poz. 3

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci cewnika moczowodowego podwójny pigtail w rozm. 4,8 Fr pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2 poz.4

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci zestawu do szynowania moczowodów 6 Fr, 24 cm otwarty-otwarty lub otwarty-zamknięty, skład zestawu: cewnik pigtail skalowany co 1 cm podwójnie zagięty otwarty-otwarty lub otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej co 2 cm, z przewodnikiem 0,035" o dł. 150 cm, popychacz dł. co najmniej 40 cm, system blokujący, możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy, zestaw jednorazowy, pakowany łącznie.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawu pre-connected – z cewnikiem fabrycznie połączonym z popychaczem gotowym do użycia, z cewnikiem połączonym z popychaczem nawet po usunięciu przewodnicy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, popychacz minimum 50cm, jak w SIWZ

Pakiet 2 poz.6

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

Odp. Nie, zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu

Pakiet 2 poz.7

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów 4 F o długości 16,18,20 cm, z przewodnicą dł. 150 cm, 0,028".

Odp. Nie, zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu

Pakiet 3 poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodników hydrofilnych usztywnionych z miękką atraumatyczną końcówką wykonaną z nitinolu, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 3

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulek dostępu moczowodowego pokrytych hydrożelem, umieszczone w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego przewodnika, przewodnica utrzymuje stały dostęp do nerki a nie zajmuje kanału roboczego koszulki lub klasycznie koaksjalne. Na końcu koszulki znajduje się ring RTG – ułatwiający lokalizację koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami. Rozmiary 10-12CH, 12-14CH długości 28-55cm do wyboru przez Zamawiającego.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby koszulki posiadały aplikator umożliwiający przy technice no-Touch aktywowanie warstwy hydrofilnej? Taka aktywacja zapewnia zachowanie i nieuszkodzenie powłoki podczas aktywacji przez co umożliwia bezpieczniejsze wykonanie zabiegu.

3/ Prosimy Zmawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby koszulka posiadała na końcu ring RTG umożliwiający bardzo precyzyjne określenie końca koszulki w trakcie zabiegu przez co zwiększa się bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 poz. 1

- 1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufoura o długości 420mm, pozostałe zgodnie z SIWZ.
- 2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy cewników Dufoura wykonanych z 100% silikonu z powłoką hydrożelową i cewników wykonanych z 100% silikonu do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.


Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Nowej Soli
Justyna Koszał

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7

REGON 970774733

NIP 925-17-23-350

www.szpital-nowasol.pl

KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. centrala 068 38 82 100

tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345

faks 068 387 78 51, 068 38 77 003

sekretariat@szpital-nowasol.pl

B.