



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWEJ SOLI**

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”

Nowa Sól, dnia 25.06.2020r.

Znak sprawy: DZP-280-33/2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ (2)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sukcesywna dostawa sprzętu (rurki intubacyjne, rurki do tracheotomii, odoskrzelowe, tracheostomijne, akcesoria elektrochirurgiczne, dreny proste, Khera, Pezzera, maski do wentylacji nieinwazyjnej, pojemniki histopatologiczne) na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2019r., poz. 1843) oraz udzielonych odpowiedzi w załączeniu zmieniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poprawiony formularz cenowy w Pakiecie II.

1. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 1 do SIWZ w pakiecie II pozycja 4.

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywna dostawa sprzętu (rurki intubacyjne, rurki do tracheotomii, odoskrzelowe, tracheostomijne, akcesoria elektrochirurgiczne, dreny proste, Khera, Pezzera, maski do wentylacji nieinwazyjnej, pojemniki histopatologiczne) na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli

Pakiet II

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość zamawiana
1.	Rurki do tracheostomii jednorazowego użytku z mankietem niskociśnieniowym Wykonane z najwyższej klasy medycznego PVC, z miękkim atraumatycznym kołnierzem, sterylne, (obturator i taśma mocująca w opakowaniu) 5.0-10.0. Rozmiar do wyboru zamawiającego.	sztuka	450
2.	Rurki do tracheostomii jednorazowego użytku bez mankietu Wykonane z najwyższej klasy medycznego PVC, z miękkim atraumatycznym kołnierzem, sterylne (obturator i taśma mocująca w opakowaniu) 5.0-10.0 Rozmiar do wyboru zamawiającego	sztuka	50
3.	Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji , wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm,		

	<p>mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, 91,00zwążający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Grubość mankieta ok. 50 mikronów.</p> <p>Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nam mankiem). Dren do odsysania o średnicy min. 4 mm. Rurka musi posiadać korpus o takiej samej twardości (sztywności) na całej powierzchni, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie. Pakowane folia-papier. Opakowanie odpowiadające kształtem kształtowi rurki. 7.0-10.0</p> <p>Rozmiar do wyboru zamawiającego</p>	sztuka	550
4.	<p>Rurka intubacyjna specjalna z mankiem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankieta niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwążający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Grubość mankieta ok. 50 mikronów. Pakowane folia-papier. Opakowanie odpowiadające kształtem kształtowi rurki. 6.0 - 9.0.</p>	sztuka	300

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Nowej Soli

Justyna Koszał

165

FORMULARZ CENOWY

Pakiet II

L.p.	Określenie (producent, numer katalogowy- jeśli dotyczy)	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena netto jednostki PLN	Wartość netto PLN	Podatek VAT	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Rurki do tracheostomii jednorazowego użytku z mankietem niskociśnieniowym Wykonane z najwyższej klasy medycznego PVC, z miękkim atraumatycznym kołnierzem, sterylne, (obturator i taśma mocująca w opakowaniu) 5.0-10.0. Rozmiar do wyboru zamawiającego.	sztuka	450				
2.		Rurki do tracheostomii jednorazowego użytku bez mankietu Wykonane z najwyższej klasy medycznego PVC, z miękkim atraumatycznym kołnierzem, sterylne (obturator i taśma mocująca w opakowaniu) 5.0-10.0 Rozmiar do wyboru zamawiającego	sztuka	50				
3.		Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniaowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, 91,00zwiększający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający						

	<p>dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Grubość mankietu ok. 50 mikronów.</p> <p>Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniaowej (tuż nam mankietem). Dren do odsysania o średnicy min. 4 mm. Rurka musi posiadać korpus o takiej samej twardości (sztywności) na całej powierzchni, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie. Pakowane folia-papier. Opakowanie odpowiadające kształtem kształtowi rurki. 7.0-10.0</p> <p>Rozmiar do wyboru zamawiającego</p> <p>Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji.</p> <p>Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiety niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwiężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Grubość mankietu ok. 50 mikronów. Pakowane folia-papier. Opakowanie odpowiadające kształtem kształtowi rurki. 6.0-9.0</p> <p>Rozmiar do wyboru zamawiającego</p> <p>RAZEM</p>	550				
4.		sztuka				
		sztuka	300			

.....
 (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)